



IRCCS ISTITUTO TUMORI  
GIOVANNI PAOLO II

Viale Orazio Flacco, 65

70124 Bari

Tel. 080.5555126

Fax 080.5555119

Area Gestione Tecnica e Servizi Informatici  
Direttore ing. Giancarlo Salomone

www.oncologico.bari.it

g.salomone@oncologico.bari.it

Prot *17639* del *25.9.2018*

Alla c.a.

**Empulia**

**Oggetto:** Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la fornitura di n.1 sistema radiologico portatile con detettore flat panel c.d. "Arco a C" top di gamma, da destinare alla S.C. di Oncologia Interventistica dell'Istituto. Riscontro chiarimento operatore economico PI175709-18 del 18/09/2018

Un operatore economico, con nota PI175709-18 del 18/09/2018, ha formulato il seguente chiarimento:

DOMANDA:

In riferimento alle caratteristiche di minima abbiamo la seguente perplessità

Richiedete:

- *Software e relativo modulo di acquisizione per la generazione di immagini tridimensionali angiografiche a partire dalle immagini bidimensionali elaborate dall'arco a C; I*
- *I dispositivo deve altresì permettere la sovrapposizione del modello tridimensionale ottenuto all'immagine fluoroscopica bidimensionale anche durante l'esecuzione dell'esame per una accurata identificazione del sito anatomico.*

*Quindi la Vs. richiesta e' per uno strumento che*

*a) Abbia la possibilità di fare immagini tridimensionali;*

*b) Abbia il software "fusion" per fondere immagini tridimensionali con le immagini bidimensionali prodotte da arco a C.*

*La maggior parte dei radiologi interventisti che hanno in reparto gli impianti stazionari usano il software Fusion fondendo immagini TAC tridimensionali e non utilizzano il software di ricostruzione 3D del loro angiografo sia per non dover ripetere l'esame diagnostico sia per la completezza delle informazioni ottenibili con le moderne tac multistrato.*

*Per questa ragione Vi chiediamo di poter partecipare con un arco a C mobile dotato del software Fusion ma non del pacchetto di acquisizione tridimensionale potendo utilizzare immagini prodotte dalla TAC..*

RISPOSTA:

il quesito richiede, quale risposta, l'espressione di un giudizio tecnico circa la conformità del prodotto che sarà offerto rispetto alle prescrizioni del Capitolato.

Tale valutazione è propria del Gruppo di Lavoro che sarà costituito per valutare le offerte tecniche.

In questa sede, è possibile unicamente ribadire le prescrizioni riportate nella *lex specialis* della procedura, costituita dalla documentazione di gara.

Cordiali saluti.

**Direttore Area Gestione Tecnica e Servizi Informatici**

Ing. Giancarlo Salomone