



## REGIONE PUGLIA

### AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA – CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

Piazza G. Cesare, 11 – 70124 BARI

[www.policlinico.ba.it](http://www.policlinico.ba.it)

Prot. n. 79601 A.A.P./A.B.D./F.T. del 30.09.2019

**Oggetto:** Chiarimenti Procedura Aperta n. PI175106-19 “FORNITURA E POSA IN OPERA, CHIAVI IN MANO, DI ARREDI E APPARECCHIATURE PER L’ALLESTIMENTO DEL NUOVO PADIGLIONE DI NEFROLOGIA/DIALISI E TRAPIANTO, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I.. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA € 1.927.369,20 - IVA ESCLUSA. CUP B99F14000210006”

QUESITI	RISPOSTE
<p>1) siamo con la presente a richiedere gentilmente l'importo minimo richiesto per soddisfare il requisito di capacita' tecnica, di cui all'art. 10 del Disciplinare di Gara.</p> <p>2) con la presente, siamo a chiedere chiarimenti in merito al lotto n. 5: -Punto 1. in riferimento all'Art.10 l'armadietto spogliatoio a 2posti con divisione sporco/pulito delle dimensioni 40x50x180h, e' da intendersi con 2 ante (una inferiore ed una superiore) formanti un vano interno alto 85 cm circa o 2 ante affiancate formanti un vano interno alto 170 cm circa ma largo meno di 9 cm a vano o ad un armadietto spogliatoio ad 1 posto, con i 2 vani sporco/pulito o altro? -Punto 2. in riferimento all'Art.45 comodino con tavolino servitore, essendo in materiale plastico stampato, si chiede se ci sono delle tolleranze dimensionali ed in particolare se l'altezza si riferisce a quella del comodino o a quella del tavolino servitore? -Punto 3. in riferimento agli Artt.77/78 vogliate confermare se il pistone delle poltrone e' solo di tipo "idraulico" o anche a gas avendo la stessa funzione?</p> <p>3) con riferimento alla Vs. risposta n. PI181398-19, ci scusiamo ma forse non abbiamo capito bene, chiediamo conferma di quanto segue: se l'operatore economico presenta in gara la "Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva" compilata e firmata il DGUE NON va compilato, ma solamente firmato ed inserito nella busta amministrativa? Se confermate, chiediamo inoltre: se l'operatore economico volesse comunque, oltre alla "Domanda</p>	<p>1) Con riferimento al requisito di capacità tecnica, si precisa che non è richiesto un importo minimo ma, il predetto importo è richiesto unitamente all'elenco di analoghe forniture effettuate nell'ultimo triennio presso destinatari pubblici e/o privati ecc. come riportato all'art. 10 del Disciplinare di gara.</p> <p>2) <b>RISPOSTA 1:</b> La scelta è lasciata all'operatore fermo restando gli obblighi dimensionali con la tolleranza comunicata all'Area del Patrimonio in risposta ad altro quesito e il rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 <b>RISPOSTA 2:</b> La tolleranza indicata è stata comunicata all'Area del Patrimonio in risposta ad altro quesito <b>RISPOSTA 3:</b> E' importante garantire le stesse funzionalità di movimento progressivo e garanzia di funzionamento e affidabilità rispetto a quello idraulico</p> <p>3) Si conferma che in caso di presentazione della domanda di partecipazione -allegato B) il DGUE non va compilato, ma deve essere firmato digitalmente e inserito nell'apposito campo della Documentazione Amministrativa.</p>

<p>di partecipazione e dichiarazione sostitutiva” allegare anche il DGUE compilato e firmato puo' farlo?</p> <p>4) Per il Lotto 8 – segnaletica interna ed esterna: il deposito cauzionale provvisorio va calcolato sull'importo a base d'asta di € 24.396,80 + iva, oppure sull'importo di € 25.608,50 (importo a base d'asta di € 24.396,80 + oneri sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.211,70)?</p> <p>5) Per il Lotto 8 – segnaletica interna ed esterna: nel prezzo a base d'asta di Euro 24.396,80 + iva sono inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso da Voi stimati in Euro 1.211,70?</p> <p>6) i moduli della privacy (tipo A - B - C - D e l'atto di nomina del responsabile del trattamento) devono essere firmati per presa visione ed allegati, senza compilarli, nella documentazione amministrativa di gara?</p> <p>7) il documento Allegato C - CAPITOLATO TECNICO e' da compilare ed allegare nella busta virtuale dell'offerta tecnica?</p> <p>8) il D.Lgs 50/2016, art. 93 comma 8, relativamente alla presentazione della dichiarazione d'impegno al rilascio del deposito cauzionale definitivo, di cui agli articoli 103 e 104 esonera le microimprese, piccole e medie imprese ed i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; poiche' la nostra azienda e' una piccola impresa chiediamo se dobbiamo comunque presentare la dichiarazione d'impegno al rilascio del deposito cauzionale definitivo.</p> <p>9) il termine 13 settembre per il sopralluogo riguarda la nuova scadenza della gara?</p> <p>10) A pag. 23 del Disciplinare di Gara sono date le "INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA", nelle casistiche non e' inserita la partecipazione come RTI NON ANCORA COSTITUITO, quali sono i documenti amministrativi da presentare in questo caso ?</p> <p>11) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA in caso di RTI NON ANCORA COSTITUITO: Si chiede conferma che in caso di RTI non ancora costituito si debbano presentare firmati congiuntamente solo i documenti di cui ai punti : A.1 Domanda di partecipazione / A.4 PASSOE / A.5 Cauzione provvisoria / A.15 Disciplinare. Mentre i documenti relativi agli altri punti (A.2/A.3/A.6/A.7/A.8/A.9/A.10/A.11/A.12/A.13/A.14) sono da presentare singolarmente da tutte le Societa' partecipanti al RTI, in questo caso i documenti vanno caricati in una cartella Zip</p>	<p>4) Il deposito cauzionale va calcolato sull'importo a base d'asta. Vedi risposta al precedente quesito: PI192648-19</p> <p>5) Gli oneri per la sicurezza non sono inclusi nella base d'asta di nessun lotto</p> <p>6) I moduli per la privacy (A - B - C - D) che saranno caricati a sistema, devono essere compilati nei campi appositamente evidenziati e firmati digitalmente. L'atto di nomina del responsabile del trattamento sarà compilato e firmato dall'Operatore Economico che in seguito dell'aggiudicazione stipulerà il contratto.</p> <p>7) Si conferma, l'allegato C dovrà essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e allegato alla "busta Tecnica"</p> <p>8) Ai fini dell'ottenimento del beneficio di cui all'art. 93 comma 8 del D.Lgs 50/2016, è necessaria una dichiarazione di possesso dei requisiti di società P.M.I. e autocertificazione della veridicità delle informazioni (art. 4 n. 3/2015 convertito nella Legge n. 33/2015) secondo il facsimile allegato.</p> <p>9) Premesso che è necessario leggere tutto il Disciplinare di gara, tuttavia il termine del 13 Settembre 2019, è riferito alla data di scadenza per l'effettuazione del sopralluogo. La data di scadenza per la presentazione delle offerte è invece, fissata per il giorno 07/10/2019 ore 11:00, ovviamente sul portale EmPULIA</p> <p>10) I documenti vanno caricati in una cartella zip contenente sia i documenti della mandataria che quella della mandante, ovviamente tutto firmato digitalmente</p> <p>11) Ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato</p>
---	---

(contenente sia il documento della Mandataria che quello della Mandante) con riferimento ad ogni punto richiesto oppure in riferimento ai diversi punti vanno caricati solo i documenti della Mandataria e tutti quelli relativi alla Mandante vanno caricati nella sezione "vari ed eventuali" ?

12) CAUZIONE PROVVISORIA : in che forma deve essere presentata ? originale cartaceo scannerizzato oppure documento emesso con firma digitale del rappresentante dell'Ente che rilascia la cauzione ?

13) In riferimento al punto 130 e 131 del lotto 11, si chiede di conoscere esattamente dove dovrà essere realizzato il sistema di teleconferenza e se tale spazio e' dotato di impianto elettrico e predisposizioni di rete, in quanto ad avvenuto sopralluogo non e' risulta essere ben definito il luogo esatto

14) In riferimento al punto 69 del lotto 1, si chiede di prendere visione di cosa dovrà essere realizzato sulla mappa tattile a rilievo e Braille richiesta in gara.

15) In riferimento al punto 46 del lotto 1, si chiedono maggiori delucidazioni in merito alla composizione del bancone, altezza del mobile circolare ed esatta disposizione dell'arredo richiesto

16) siamo con la presente a richiedere gentilmente conferma che l'offerta vincolerà il concorrente per 360 giorni, in quanto nell'allegato F "Dichiarazione di offerta economica" vengono indicati 180 giorni.

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti." E' necessaria con la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, nonché dell'impegno che, in caso di aggiudicazione, l'operatore mandante conferirà mandato speciale con rappresentanza all'operatore indicato quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e del mandante. L'offerta di gara, amministrativa, tecnica ed economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese riunite. Si allega fac simile del documento amministrativo da presentare in caso di RTI costituendo

12) Nel caso di partecipazione ad una gara di un raggruppamento temporaneo non costituito di Imprese, la polizza fidejussoria, mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, deve essere intestata non solo alla futura mandataria, ma anche alle mandanti che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara. La cauzione deve essere prodotta in originale o in copia autenticata come riportato a pag. 13 del disciplinare di gara. Pertanto, il documento emesso con firma digitale del rappresentante dell'Ente che rilascia la cauzione deve essere a sua volta firmato digitalmente da tutto il costituendo RTI e caricato sul sistema Empulia

13) Il sistema di teleconferenza al punto 130 sarà realizzato al piano quarto in direzione, come già indicato nel CME e nell'elaborato A.06. Il sistema di teleconferenza al punto 131 sarà realizzato ai piani terra in sala operatoria, terzo in sala controllo sanitario e quarto in direzione, come già indicato nel CME e negli elaborati A.03, A.05, A.06. Impianto elettrico e predisposizioni di rete dovranno essere verificati con la DL.

14) Dovrà essere realizzata la planimetria di ciascun piano in oggetto con le destinazioni d'uso (vedi elaborato A.07 Abaco della segnaletica).

15) La composizione del bancone, ovvero di ciascuna delle unità di cui si compone il control desk, è corredata da dati dimensionali, inclusa l'altezza nell'elaborato CME. L'esatta disposizione dello stesso control desk è riportata nell'elaborato A.03 Pianta di Progetto.

16) Come riportato correttamente a pag. 13 del Disciplinare di gara l'offerta deve avere validità per 360 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta, trattasi di

<p>Ringraziando della disponibilita' ed in attesa di Vs cordiale riscontro</p> <p>17) Buon giorno, ad integrazione del chiarimento precedente, con la presente chiediamo di confermare la comunicazione fatta ai fornitori prima della sospensione della gara, di seguito riportata: Quesito PI119082-19 COMUNICAZIONE A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AL LOTTO 1 Risposta PI119083-19 Si precisa che i banchi da laboratorio dovranno essere certificati secondo norma UNI EN 13150:2003. Dovendo trasferire strumentazione di alta tecnologia in dotazione, i banchi dovranno essere certificati da ente terzo per un carico di almeno 350-400 Kg distribuiti sull'intero piano in modo uniforme.</p> <p>18) Buon giorno, con la presente chiediamo di confermare la comunicazione fatta ai fornitori prima della sospensione della gara, di seguito riportata: Quesito: PI110332-19 Quesito 1: Lotto 1: In merito ai banchi da laboratorio richiesti non e' riportata alcuna certificazione. Pertanto chiediamo se i banchi devono essere certificati da ENTE TERZO secondo le EN 13150. Dovendo, presumibilmente, alloggiare sui banchi da laboratorio strumentazione scientifica di diverso tipo chiediamo di indicare il carico per il quale i banchi devono essere certificati e se e' necessaria la certificazione da ENTE TERZO Risposta: PI113774-19 QUESITO 1: Si, i banchi da laboratorio dovranno essere certificati secondo norma UNI EN 13150:2003. Il carico per i quali i banchi dovranno essere certificati dovrà essere compatibile con le attrezzature in uso o che saranno acquisite, pertanto saranno soggette all'approvazione delle schede di approvazione del materiale da fornire, e rispondere alle normative vigenti, tra cui la norma UNI EN 13150:2003.</p> <p>19) in relazione all'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. fa riferimento all'indicazione in sede di gara della terna dei subappaltatori. Questo comma, ai sensi dell'art. 1 comma 18 secondo periodo della Legge n. 55 del 2019, e' stato sospeso fino al 31/12/2020. Di conseguenza, si chiede gentilmente di confermare che non viene richiesta l'indicazione di nessuna terna di subappaltatori nella documentazione di gara. Si chiede altresì di confermare della quota subappaltabile ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.</p> <p>20) Buongiorno, siamo con la presente a porre gentilmente i seguenti quesiti: 1) in relazione ai requisiti di capacita' tecnica, citati a pagina 9 del "Disciplinare di Gara", viene richiesto l'elenco delle principali forniture svolte nel triennio 2015/2017. Diversamente, nella "Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva" a pagina 8 si fa riferimento al triennio 2016/2018. Si chiede cortesemente a quale triennio far riferimento; 2) si richiede conferma che non debba essere indicata nessuna terna di subappaltatori ai sensi dell'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;</p>	<p>refuso quanto riportato nell'allegato F</p> <p>17) VEDASI RISCONTRO AL QUESITO 2 DEL PROTOCOLLO N. PI185975-19</p> <p>18) Si, i banchi da laboratorio dovranno essere certificati secondo norma UNI EN 13150:2003. Il carico per i quali i banchi dovranno essere certificati dovrà essere compatibile con le attrezzature in uso o che saranno acquisite, pertanto saranno soggette all'approvazione delle schede di approvazione del materiale da fornire, e rispondere alle normative vigenti, tra cui la norma UNI EN 13150:2003</p> <p>19) VEDASI RISCONTRO AL QUESITO 2 DEL PROTOCOLLO N. PI181269-19</p> <p>20) QUESITO 1 Il triennio di riferimento corretto, relativamente alla capacità tecnica, è 2016/2018, riporta nella "domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva". QUESITO 2 In caso di ricorso all'istituto del subappalto, è necessario indicare n. 1 subappaltatore come richiesto a pag. 10 art. 12 del disciplinare di gara. QUESITO 3 Il concorrente che presenta "domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva"</p>
--	--

<p>3) si richiede conferma che non debba essere presentato il DGUE nel caso di predisposizione del documento "Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva".</p>	<p>non deve compilare il DGUE che, in ogni caso, deve essere firmato digitalmente e caricato sul portale "Empulia" nell'apposito campo della sezione "Busta Amministrativa"</p>
<p>21) Considerato che ogni singolo lotto raggruppa articoli rientranti nella stessa categoria merceologica, si chiede di spostare dal Lotto n^5 "Arredi non Sanitari" la voce n^45 COMODINO CON TAVOLO SERVITORE e di integrarla nel Lotto n^4 "Arredi Sanitari" sicuramente piu' inerente alla destinazione d'uso a cui e' dedicato.</p>	<p>21) Non è possibile modificare la composizione dei lotti messi in gara. Si precisa infatti, che i chiarimenti possono intervenire a fornire esplicazioni sulle disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara, ma non a modificarne sostanzialmente i contenuti.</p>

IL RUP  
F.TO (Dott.ssa Eleonora Manfredi)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)