



S.S.D. Manutenzione e Impianti

DIRIGENTE RESPONSABILE

ing. Massimo DE SANTIS

mail :manutenzione@ospedaliriunitifoggia.it

IMPIANTI ELETTRICI
ASCENSORI
p.i. Gaetano PEDONE

GAS MEDICINALI
ANTINCENDIO
OFFICINA MECCANICA
p.i. Antonio TONTI

TERMICI, AERULICI
IDRICO SANITARI
p.i. Angelo PALLADINO

MANUTENZIONE VERDE
EDILIZIA E FABBRI
geom. Michele PADOVANO
geom. Raffaele COLABELLA

TELEFONIA
sig. Sabino BRESCIA
sig. Michele PALAZZO

APPROVVIGIONAMENTI
p.i. Guido PAGLIALONGA

SEGRETERIA
dott.ssa Patrizia PANDOLFI
rag Daniela LO STORTO
sig. Michele ROBUSTELLA

telefono
0881.732056
0881.736128
0881.732579

"SERVIZIO DI MANUTENZIONE QUINQUENNALE, CON INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, DELL'IMPIANTO DELLA BANCA DI CRIOCONSERVAZIONE A SERVIZIO DELL'UNITA' OPERATIVA P.M.A. PRESSO IL P.O. DI MATERNITA'" FOGGIA. C.I.G. 8137443E62.

In rettifica per refuso quanto già riscontrato al quesito n°1009503-20 ritenendo corretta la seguente risposta:

punto 2) **NON** si conferma la necessità di un servizio Disaster Recovery, come disciplinato dall'art. 24 del DLgs 191/2007. Per quanto riguarda i data logger, questi devono essere previsti dal concorrente.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
ing. Massimo De Santis