

LOTTO 3 - Laboratori Analisi P.T.A. CANOSA DI PUGLIA

SISTEMI INTEGRATI	PUNTI TOTALI 14	
Criteri Di Valutazione	Punteggio Massimo	Modalità Di Assegnazione
Gestione automatica rerun, reflex test e test aggiuntivi anche su campioni completi <i>Rerun = 2 punto</i> <i>Reflex = 2 punto</i> <i>Test Aggiuntivi = 2 punti</i>	7	Tabellare
Gestione dei campioni non conformi con rimozione degli stessi in area dedicata	7	SI/NO
ANALIZZATORI CONNESSI E INTEGRATI	PUNTI TOTALI 47	
Criteri Di Valutazione	Punteggio Massimo	Modalità Di Assegnazione
Cadenza analitica complessiva per la chimica clinica superiore al requisito di minima, con modalità proporzionale in funzione delle massime prestazioni degli analizzatori, oltre i requisiti di minima, intesi come cadenza analitica complessiva	7	Proporzionale
Cadenza analitica complessiva per l'immunometria superiore al requisito di minima con modalità proporzionale in funzione delle massime prestazioni degli analizzatori, oltre i requisiti di minima, intesi come cadenza analitica complessiva	7	Proporzionale
N° di metodiche in linea complessive per l'immunometria superiore al requisito di minima con modalità proporzionale in funzione delle massime prestazioni degli analizzatori, oltre i requisiti di minima, intesi come numero di metodiche in linea complessiva	7	Proporzionale
Caricamento in continuo di reagenti sui sistemi di immunometria senza interruzione della fase analitica e	7	SI/NO

quindi senza nessuna pausa di alcuno dei moduli costituenti il sistema		
Possibilità di usare contemporaneamente in chimica clinica più lotti del medesimo reagente memorizzando le diverse curve di calibrazione	6	SI/NO
Possibilità di misurare gli indici di siero (emolisi, ittero, lipemia) in chimica clinica, inviabili al middleware per commenti in fase di validazione	6	SI/NO
Posizioni refrigerate (2-10°C) per calibratori e controlli in chimica clinica	7	SI/NO
ASSISTENZA TECNICA	PUNTI TOTALI 9	
Criteri Di Valutazione	Punteggio Massimo	Modalità Di Assegnazione
Piano di formazione del personale	3	Ponderale
Tempo di risoluzione di un guasto contestuale su 2 analizzatori ripristinando almeno 1 analizzatore	3	Ponderale
Tempo di risoluzione di un guasto su 1 analizzatore	3	Ponderale