



REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
AREA GESTIONE TECNICA

areatecnica@asl.taranto.it - areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it - www.sanita.puglia.it

CHIARIMENTI al 06.04.2017

PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI N.1 TAC 64 STRATI E N. 1 RADIOLOGICO POLIFUNZIONALE PRESSO IL REPARTO MECAU DELL’OSPEDALE SS.ANNUNZIATA DI TARANTO COMPRESI I SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE POST-GARANZIA FULL RISK PER 60 MESI. C.I.G.: 6996747A45

CHIARIMENTO N.1

Al par. 2.3 a pag. 5 del Capitolato speciale d’appalto per il servizio di assistenza tecnica in regime di full risk per le apparecchiature elettromedicali, il seguente capoverso:

“Il tempo massimo accettabile ai fini dell’intervento dovrà essere di 4 (otto) ore lavorative dalla chiamata, ciò nel corso di tutti i 12 mesi dell’anno solare, esclusi i soli giorni festivi”

è da intendersi

“Il tempo massimo accettabile ai fini dell’intervento dovrà essere di 4 (quattro) ore lavorative dalla chiamata, ciò nel corso di tutti i 12 mesi dell’anno solare, esclusi i soli giorni festivi”.

CHIARIMENTO N.2

QUESITO

Con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente siamo a richiederVi il seguenti chiarimenti:

1. Con riferimento al Disciplinare di gara – punto 6. BUSTA TECNICA pag. 18 viene riportato: Tutta la documentazione contenuta nella “BUSTA TECNICA” dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella “BUSTA DOCUMENTAZIONE”; in caso di RTI dovrà essere firmata o siglata in ogni pagina e sottoscritta nell’ultima: • dal legale rappresentante/procuratore speciale dell’Impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti; • dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non costituiti al momento della presentazione dell’offerta. chiediamo conferma che trattasi di refuso, in quanto essendo una gara digitale e’ sufficiente la sola firma digitale, sia dell’impresa mandataria che mandante, apposta sul documento in formato pdf.

2. Con riferimento al “Capitolato Speciale D’Appalto per il Servizio di Assistenza Tecnica” - punto 4 “Penali” a pag. 7, si chiede di confermare se, per tutte le penali previsti in tale punto, il calcolo della penale stessa sara' effettuato “sull’importo annuo manutentivo dell’apparecchio in questione”.
3. Si chiede conferma che i subappaltatori non debbano fornire nessuna documentazione.
4. Chiediamo se le dichiarazioni di conformita' e le certificazioni rilasciate dagli organismi notificati stranieri possano essere presentate in lingua originale (inglese)

RISPOSTA

1. Si conferma
2. Si conferma
3. Si conferma
4. Le dichiarazioni di conformità e le certificazioni degli organismi notificati stranieri possono essere presentate in lingua originale con annessa traduzione in italiano.

CHIARIMENTO N.3

QUESITO

Con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente siamo a richiederVi il seguente chiarimento: **IMPORTI A BASE D’ASTA:** Con riferimento agli importi a base d’asta indicati all’art. 1 del “Disciplinare di gara” si chiede di precisare se, fermo restando l’importo complessivo a base d’asta non superabile pari ad Euro 1.208.400,00, e gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 5.292,00, gli importi relativi:

- alla fornitura e all’installazione di una nuova TAC 64 strati completa dei diversi componenti ed accessori,
- alla fornitura e l’installazione di una nuova apparecchiatura radiologica polifunzionale, completa dei diversi componenti ed accessori,
- alla progettazione esecutiva, comprensiva di piani di sicurezza e l’esecuzione di tutti i lavori necessari alla fornitura e all’installazione e messa in funzione della nuova TAC 64 e nuovo radiologico polifunzionale, cosi come indicati nello Studio di fattibilita' tecnico economico,
- al servizio di manutenzione post-garanzia per le apparecchiature elettromedicali oggetto di fornitura della presente procedura del tipo “full risk”, come da capitolato speciale d’appalto per il servizio di assistenza tecnica in regime di full risk per le apparecchiature elettromedicali

siano da ritenersi singolarmente non superabili oppure presunti, e quindi variabili, purché la loro somma non superi l’importo complessivo a base d’asta. In attesa di un Vostro cortese riscontro cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.

RISPOSTA

Come indicato al paragrafo 7 del Disciplinare di gara, l’operatore economico partecipante dovrà formulare la propria offerta economica inserendo tramite il portale EmPULIA, nella sezione “BUSTA ECONOMICA” una percentuale di sconto unica sull’importo complessivo a base d’asta di € 1.203.108,00 (oneri sicurezza e IVA esclusi) per la “fornitura chiavi in mano di una TAC 64 strati e una apparecchiatura radiologica polifunzionale e dei relativi arredi , comprensiva della progettazione e dei lavori necessari all’installazione presso il reparto MeCAU dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto (TA) e del servizio di manutenzione quinquennale post-garanzia del tipo “full risk” per il sistema TAC 64 strati, e per il radiologico polifunzionale”.

Inoltre si specifica che l’art. 6 dello “SCHEMA DI CONTRATTO relativamente ai LAVORI e FORNITURE è da intendersi così modificato:

ARTICOLO 6

LAVORI E FORNITURE

Il pagamento dei lavori necessari all’installazione e messa in funzione della nuova TAC 64 strati denominata e nuovo polifunzionale denominato"., degli arredi e delle apparecchiature

elettromedicali, e il pagamento della fornitura e dell'installazione delle predette apparecchiature, completa dei diversi componenti ed accessori richiesti, degli arredi e delle apparecchiature elettromedicali avverrà in una unica soluzione e sarà effettuato dopo il collaudo con esito positivo relativo ai lavori, al sistema TAC e Radiologico Polifunzionale, agli arredi ed a tutte le apparecchiature elettromedicali. L'importo liquidato sarà pari all'importo a base d'asta dei lavori e forniture (€ 171.108,00 per lavori, € 145.000,00 per fornitura Radiologico Polifunzionale, € 500.000,00 per fornitura TAC) depurato del ribasso percentuale unico offerto in sede di gara, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 5.000,00).

La STAZIONE APPALTANTE provvederà al pagamento nei tempi previsti dalla normativa vigente. Sugli importi a credito sarà applicata l'I.V.A. come per legge.

La garanzia relativa agli arredi, al sistema TAC e Polifunzionale ed a tutte le apparecchiature elettromedicali decorrerà a far data dal relativo collaudo tecnico.

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN REGIME DI FULL RISK
POST GARANZIA RELATIVO A TUTTE LE APPARECCHIATURE
ELETTROMEDICALI.

L'importo totale da liquidare in rate semestrali sarà pari all'importo a base d'asta del servizio di manutenzione (€ 387.000,00) depurato del ribasso percentuale unico offerto in sede di gara.

Il pagamento avverrà, a decorrere dalla scadenza del periodo di garanzia di anni 2, in rate semestrali posticipate, previa verifica della regolare esecuzione del servizio e degli altri adempimenti di rito. Sugli importi a credito sarà applicata l'I.V.A. come per legge. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento nei tempi previsti dalla normativa vigente. Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva della DITTA APPALTATRICE comprovata dal DURC. La DITTA APPALTATRICE è tenuta ad emettere la fattura in ottemperanza alle disposizioni fiscali che regolano la materia e, comunque, in modo da consentire riscontri facili ed immediati. In particolare, la fattura dovrà riportare: il periodo contrattuale a cui si riferisce; gli estremi (data e numero G.T.) dell'ordine/i di intervento emesso/i dalla S.S.D. Ingegneria Clinica; il numero e la data del rapporto/i di lavoro relativo/i e gli estremi del documento di trasporto in caso di fornitura di materiali.

Le fatture dovranno essere emesse nei confronti di:

ASL TA Viale

Virgilio, 31 – 74121 TARANTO – C:F. e P. I.V.A.: 02026690731.

In caso d'intestazioni diverse da quella sopra riportata, le fatture saranno restituite alla DITTA APPALTATRICE con lettera d'accompagnamento, richiedendo le modifiche del caso. Una copia della fattura dovrà essere inviata a mail alla S.S.D. Ingegneria Clinica.

Non è in alcun modo ammessa l'emissione di fatture anticipate, vale a dire prima che la prestazione sia stata effettuata.

Nell'ipotesi in cui la DITTA APPALTATRICE contravvenga a questa disposizione sarà richiesta l'emissione di nota di credito con conseguente annullamento della fattura relativa.

La presentazione di documentazione, quale rapporti tecnici, documenti di trasporto etc., così come richiesto dal relativo capitolato speciale d'appalto, errata od incompleta se non addirittura mancante, produrrà una sospensione della liquidazione della fattura, che non potrà essere definita fino al completamento della documentazione citata.

L'ASL TA non risponderà dei ritardi nella liquidazione delle fatture, dovuti al mancato rispetto delle norme del presente contratto e del relativo capitolato speciale d'appalto.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nel pagamento di qualsiasi corrispettivo dovuto in virtù del presente contratto, la DITTA APPALTATRICE potrà sospendere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, pena la risoluzione del contratto.

CHIARIMENTO N.4

Per mero errore materiale la somma dei punteggi riportata dell'Allegato "V": Griglia punti Radiologico Polifunzionale non corrisponde a punti 17. Si allega pertanto al presente chiarimento il nuovo Allegato "V" con griglia punti rimodulata.

CHIARIMENTO N.5

QUESITO

Requisiti di partecipazione art. 4.2 Disciplinare di gara Esecuzione lavori: La tabella relativa ai requisiti per l'esecuzione dei lavori specifica che la categoria SOA OG1 e' scorparabile e subappaltabile fino al 30% dell'importo dei lavori. Si chiede di confermare che trattasi di refuso e che la stessa categoria sia scorparabile e subappaltabile al 100%.

RISPOSTA

Si conferma.

Si precisa che comunque il partecipante dovrà essere in possesso del requisito di partecipazione SOA di cui al punto 3 del paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara.

CHIARIMENTO N.6

In riferimento al chiarimento n.4, si precisa che nell'Allegato "V" – Griglia punti Radiologico Polifunzionale – corretto” :

- la somma parziale del punteggio assegnato al “1° DETETTORE TAVOLO PORTA PAZIENTE” corrisponde a punti 2,2 e non a punti 2,1 come erroneamente riportato;
- la somma parziale del punteggio assegnato al “2° DETETTORE TAVOLO PORTA PAZIENTE” corrisponde a punti 2 e non a punti 2,1 come erroneamente riportato.

CHIARIMENTO N.7

QUESITO

1) Nel Disciplinare di gara, all'Art. 6, pag. 17 viene chiesto che il progetto definitivo venga firmato digitalmente dal progettista e dall'esperto qualificato. A tal proposito si chiede di confermare che l'esperto qualificato dovrà firmare solamente la parte relativa ai calcoli della Protezioneistica da prevedere.

2) Si chiede di confermare come indicato in sopralluogo dai vostri funzionari tecnici che la portata del solaio e' pari a 350 Kg/mq. Si chiede qualora disponibili, di trasmettere le planimetrie strutturali corrispondenti all'area di intervento.

3) In fase di sopralluogo per l'impianto di condizionamento e' stata riscontrata solamente la presenza di split a parete, pertanto ai fini della realizzazione del nuovo impianto, si chiede di conoscere dove poter ubicare le nuove unita' esterne, ed eventuale disponibilita' di collegamenti idrici alla Vs. Centrale Termica/Frigorifera.

4) Si chiede la distanza rispetto all'area d'interesse, del punto di allaccio per l'alimentazione elettrica principale e relativa potenza disponibile. Si chiede eventuale disponibilita' di interruttore dedicato per l'alimentazione del reparto TAC.

- 5) Si chiede di specificare se il Gruppo statico di Continuita' richiesto per l'apparecchiatura TAC sia da intendersi per l'alimentazione del solo segmento informatico ai fini di preservare il salvataggio dei dati.
- 6) Si chiede di indicare in quale spazio del locale Power Centre di cabina (piano seminterrato) posizionare l'UPS.

RISPOSTA

- 1) Si conferma
- 2) Si comunica che questa Azienda non dispone dei dati relativi al sovraccarico di progetto dei solai interessati dall'installazione dell'apparecchiatura. Pertanto, la ditta aggiudicataria dovrà effettuare a proprie spese e cure, saggi e prove di carico al fine di accertare quanto richiesto con il presente quesito.

Non sono disponibili planimetrie strutturali dell'area di intervento.

- 3) Tutte le informazioni relative a caratteristiche di impianti, strutture, ecc possono essere rilevate dalle ditte partecipanti in sede di sopralluogo obbligatorio previsto dal disciplinare di gara al fine di verificare lo stato dei luoghi, assumendo conseguentemente ogni responsabilità in merito alla corretta valutazione della proposta tecnico-economica formulata.

Qualora la ditta partecipante non avesse reperito tali informazioni in sede di sopralluogo, l'Amministrazione si rende disponibile per ulteriore sopralluogo.

- 4) Si veda risposta al punto 3 del chiarimento n.7
- 5) Il gruppo di continuità da installarsi presso il locale Power Center di cabina posizionato al piano seminterrato dovrà alimentare sia l'apparecchiatura TAC che il segmento informatico.
- 6) Si veda risposta al punto 3 del chiarimento n.7

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Armida Traversa

