

**SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI E TECNICI E DELLE CENTRALI DI DISTRIBUZIONE OSSIGENO E PROTOSSIDO DI AZOTO E DI PRODUZIONE ARIA MEDICALE E VUOTO E L'ANALISI DEI PREDETTI IMPIANTI PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI COMPETENZA DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE TA. C.I.G.: 88925192D3**

CHIARIMENTI AL 18.10.2021

PI278580-21	Buongiorno, Nel capitolato tecnico: art. 7.2 si richiedono 3 tecnici dal lunedì al sabato per 6 ore / giorno mentre al punto 7.7 dal lunedì al sabato dalle 7 alle 15. Secondo il punto 7.7, volendo coprire un turno di 8 ore da lunedì al sabato non bastano 3 tecnici, si prega di chiarire.
-------------	---

Come riportato al punto 7.2. lettera a) del Capitolato Tecnico *“Il servizio di manutenzione straordinaria o su chiamata è sotto la diretta e personale responsabilità della ditta aggiudicataria, e deve essere garantito attraverso la presenza di **almeno** n° 3 tecnici specializzati, in possesso delle qualifiche previste dalla normativa vigente, per minimo sei ore al giorno per ciascun tecnico dal Lunedì al Sabato e la reperibilità entro trenta minuti dalla chiamata, anche a mezzo telefono, per il restante orario, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, nessuno escluso”*. Pertanto, l'organizzazione del servizio, anche nell'aspetto relativo al numero del personale da impiegare, fatti salvi i requisiti minimi richiesti dagli atti di gara, è oggetto della scelta progettuale dell'operatore partecipante alla procedura.

PI277898-21	Spettabile Ente, sottoponiamo chiarimento di cui a seguito: posto che la normativa di settore, nello specifico l'Accordo sull'ECM “La formazione continua nel settore salute” (elaborato dalla Conferenza Stato – Regioni), stabilisce che il soggetto che produce, commercializza, distribuisce o pubblicizza prodotti di interesse sanitario, non può fungere ne' da provider ne' da partner per l'erogazione di eventi / corsi ECM per la formazione continua nel settore di salute, con la presente si chiede di confermare che i corsi formativi ed informativi rivolti al personale dipendente della vostra spettabile Azienda sull'uso di gas medicinali e tecnici non classificati / riconosciuti ai fini E.C.M. sono conformi a quanto previsto agli articoli 1, punto J, e 8 del CSA e che pertanto possono essere oggetto di valida proposta in gara
-------------	---

Si conferma per la formazione quanto previsto al punto 8.2 del Capitolato Tecnico. La dizione ECM al punto 1 lettera j) è da intendersi come mero refuso.

PI277779-21	Buon Pomeriggio, la presente si invia per chiedere conferma che si tratta di refuso la richiesta della terna dei subappaltatori nella domanda di partecipazione. Cordiali Saluti
-------------	---

Si conferma

PI277814-21	In caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale non e' specificata quale, tra quelle riportate nell'oggetto di gara, sia la prestazione principale e quella secondaria.
-------------	--

La prestazione principale è il servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di distribuzione gas medicali e tecnici e delle centrali di distribuzione ossigeno e protossido di azoto e di

produzione aria medica e vuoto e l'analisi dei predetti impianti presso i presidi ospedalieri di competenza dell'azienda sanitaria locale Taranto.

La prestazione secondaria è costituita dai lavori a misura come descritti al punto 7.9 del Capitolato Tecnico.

PI277778-21	<p>Spett.le Ente</p> <p>1) Con riferimento agli articoli 7.2 e 7.7 del Capitolato Tecnico, si chiede di chiarire se i 3 tecnici, indicati come numero minimo all'articolo 7.2, siano i medesimi tecnici richiamati all'articolo 7.7 e se tali risorse debbano essere presenti dal lunedì al sabato, dalle ore 07:00 alle ore 15:00, ed essere responsabili sia della manutenzione ordinaria sui presidi di riferimento che della manutenzione straordinaria e su chiamata.</p> <p>2) Contestualmente si chiede, inoltre, di confermare la richiesta di disponibilità di almeno n. 2 tecnici in pronta reperibilità per tutto il restante periodo.?</p>
-------------	--

- 1) Si veda chiarimento PI278580-21
- 2) Si conferma quanto previsto dal Capitolato Tecnico

PI277776-21	<p><b>Chiarimento #1</b>          MODELLO OFFERTA ECONOMICA E ALLEGATI MANCANTI          Si chiede di pubblicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il modello di offerta economica</li> <li>• Allegato 1 - Elenco dei Beni oggetto del servizio di manutenzione in quanto non presenti all'interno della documentazione resa disponibile.</li> </ul> <p><b>Chiarimento #2</b>          DISCIPLINARE DI GARA          1.1 OGGETTO DELL'APPALTO          A pag.2 viene indicato:          "Di seguito si indica la tabella contenente il valore stimato del canone per ciascuna voce di costo compresa nel presente appalto. Si rappresenta che la percentuale unica di ribasso offerta in gara sarà applicata a ciascuna voce presente in tabella."          Voce di costo Valore stimato canone manutenzione          Grottaglie 34.000,00 €          SG Moscati 51.600,00 €          SS Annunziata 143.200,00 €          San Pio Castellaneta 40.800,00 €          Manduria 36.000,00 €          Martina Franca 45.200,00 €          Altro (impianti speciali e ambulatori non ospedalieri, ecc) 49.200,00 €          TOTALE 400.000,00 €</p> <p>Si chiede di confermare che gli importi riportati in tabella rappresentino una stima degli importi per singolo presidio ma che non includano gli eventuali lavori di "Manutenzione straordinaria degli impianti di distribuzione gas medicali e delle centrali di distribuzione ossigeno e protossido di azoto e di produzione aria medica e vuoto" così come descritti al paragrafo 7.2 del Capitolato Speciale.</p> <p>Si chiede altresì di confermare che i lavori descritti al paragrafo 7.2 del Capitolato Speciale verranno riconosciuti all'interno dell' "Importo dei lavori e delle prestazioni da contabilizzare a misura" così come indicato al paragrafo "1.1 - Oggetto dell'appalto" del Disciplinare di Gara.</p> <p><b>Chiarimento #3</b>          4.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICI PROFESSIONALI          Viene richiesto il:          "Possesso della certificazione UNI EN 13133 in corso di validità alla data di scadenza della presentazione delle offerte, circa l'obbligatorietà del patentino per il personale che opera su "Giunzioni permanenti"."</p> <p>Si segnala che la normativa UNI EN 13133:2002 non è più valida ed è stata sostituita dalla UNI ISO 13585:2012; si chiede di confermare che non sia richiesto il possesso delle certificazioni indicate, in quanto non esiste una certificazione aziendale secondo tali norme, ma che sia richiesto il possesso, da parte del personale che opera su "Giunzioni permanenti" impiegato dall'impresa o dal raggruppamento di imprese, del patentino rilasciato secondo la</p>
-------------	---

normativa di riferimento (UNI ISO 13585:2012).

**Chiarimento #4**

**4.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICIPROFESSIONALI**

Viene richiesto il:

“Possesso della certificazione UNI EN ISO 13485:2012 in corso di validita' alla data di scadenza della presentazione delle offerte per la "progettazione, fabbricazione, installazione, assistenza e manutenzione di impianti e centrali di distribuzione dei gas medicinali".”

Si chiede di confermare che la versione di riferimento della norma sia la UNI EN ISO 13485:2016, attualmente in vigore. Si chiede inoltre di confermare che siano considerate valide diciture e descrizioni equivalenti.

**Chiarimento #5**

**4.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICIPROFESSIONALI**

Viene richiesto il:

“Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validita' alla data di scadenza della presentazione delle offerte, per “la progettazione, fabbricazione e manutenzione degli impianti di distribuzione dei gas medicinali”.”

Si chiede di confermare che la versione di riferimento della norma sia la UNI EN ISO 9001:2015, attualmente in vigore. Si chiede inoltre di confermare che siano considerate valide diciture e descrizioni equivalenti.

**Chiarimento #6**

**6. BUSTA TECNICA**

Criteri motivazionali

Vengono indicati i punteggi massimi attribuibili ai 3 criteri motivazionali indicati:

- a) 35 PUNTI: Relazione tecnica/descrittiva relativa al Servizio di Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di distribuzione gas medicali e tecnici e delle centrali di distribuzione ossigeno e protossido di azoto e di produzione aria medicale e vuoto
- b) 20 PUNTI: Relazione descrittiva sui requisiti tecnici e organizzativi
- c) 15 PUNTI: Relazione descrittiva per i lavori a misura

Le descrizioni delle modalita' e dei criteri per le attribuzioni dei punteggi risultano generiche e prive di parametri e sotto-parametri oggettivi per l'assegnazione del punteggio all'offerta tecnica.

A garanzia della maggior trasparenza nell'attribuzione dei punteggi tecnici e a tutela delle Ditte Candidate, si chiede di pubblicare una tabella punteggi in cui siano riportati, per ogni criterio motivazionali, un elenco di sotto-criteri e i relativi sotto-punteggi.

**Chiarimento #7**

**6. BUSTA TECNICA**

Vengono indicati limiti in termini di numero massimo di cartelle e definito cosa si intenda per cartella, ovvero un foglio formato A4 compilato su entrambi i fronti. Si chiede di confermare che, in caso di documentazione digitale (ad es. documento di Microsoft Word) il limite di 30 cartelle sia da intendere pari ad un limite di 60 pagine (e analogamente per i limiti di 15 e 20 cartelle, che diventano 30 e 40 pagine).

**Chiarimento #8**

**8. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

Si chiede di confermare che la formula corretta sia:

$$\text{PUNTEGGIO QUALITA' DITTA CONSIDERATA} = 70 \times (\text{PUNTEGGIO ASSEGNATO ALLA DITTA}) / (\text{MIGLIOR PUNTEGGIO ASSEGNATO})$$

Manca infatti il segno “diviso” nella formula pubblicata sul Disciplinare di Gara.

**Chiarimento #9**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**1. OGGETTO DELL' APPALTO**

Si chiede di confermare che il paragrafo di riferimento per:

“Gestione e manutenzione programmata della sala criobiologica del P.O. S G Moscati come descritto nell'art. 7.4;”

Sia il 7.5 e non il 7.4

**Chiarimento #10**

**1. OGGETTO DELL' APPALTO**

Si chiede di confermare che quanto riportato al paragrafo “7.3 Servizio di manutenzione dell'impianto di Ossigeno delle Ambulanze ASL Taranto” ricada nell'oggetto di gara, in quanto non riportato nell'elenco.

**Chiarimento #11**

**5.2 Requisiti minimi dell'Operatore Economico**

Viene richiesto:

“a) Possesso della certificazione UNI EN ISO 13485:2012 in corso di validita' alla data di scadenza della presentazione delle offerte per la "progettazione, fabbricazione, installazione, assistenza e manutenzione di impianti e centrali di distribuzione dei gas medicinali.”

Si chiede di confermare che la versione di riferimento della norma sia la UNI EN ISO 13485:2016, attualmente in vigore. Si chiede inoltre di confermare che siano considerate valide diciture e descrizioni equivalenti.

**Chiarimento #12**

5.2 Requisiti minimi dell'Operatore Economico

Viene richiesto:

“b) Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validita' alla data di scadenza della presentazione delle offerte, per la produzione e distribuzione di gas medicinali; commercializzazione di gas miscele tecnici, medicinali, liquidi e gassosi; per la progettazione, fabbricazione e manutenzione degli impianti di distribuzione dei gas medicinali e altri gas, impianti per il vuoto e per l'evacuazione dei gas; commercializzazione dispositivi medici; trasporto gas medicinali, puri e miscele.”

Si chiede di confermare che la versione di riferimento della norma sia la UNI EN ISO 9001:2015, attualmente in vigore. Si chiede inoltre di confermare che siano considerate valide diciture e descrizioni equivalenti.

**Chiarimento #13**

5.2 Requisiti minimi dell'Operatore Economico

Viene richiesto:

“c) Possesso della certificazione UNI EN 13133 circa l'obbligatorietà del patentino per il personale che opera su “Giunzioni permanenti”.”

Si segnala che la normativa UNI EN 13133:2002 non e' piu' valida ed e' stata sostituita dalla UNI ISO 13585:2012; si chiede di confermare che non sia richiesto il possesso delle certificazioni indicate, in quanto non esiste una certificazione aziendale secondo tali norme, ma che sia richiesto il possesso, da parte del personale che opera su “Giunzioni permanenti” impiegato dall'impresa o dal raggruppamento di imprese, del patentino rilasciato secondo la normativa di riferimento (UNI ISO 13585:2012).

**Chiarimento #14**

6.1 Gestione delle segnalazioni ed allarmi

Viene richiesto:

“La Ditta Candidata dovra' prevedere c/o la ASL TA un sistema per monitorare in tempo reale gli stati di funzionamento ed allarme per tutte le apparecchiature coinvolte nella produzione ed erogazione dei gas medicinali.”

Si evidenzia che la verifica dello stato di funzionamento degli impianti, compresi i livelli e lo stato di funzionamento dei serbatoi criogenici e le pressioni delle rampe di bombole e pacchi, siano attivita' di competenza della attuale Ditta fornitrice dei gas. Inserire tale attivita' tra quelle previste in caso di aggiudicazione potrebbe determinare una sovrapposizione di competenze e responsabilita'. In considerazione di cio' Si chiede quindi di stralciare tale requisito.

Si evidenzia altresì che nella documentazione di gara non e' indicato come dovra' essere effettuato il passaggio di informazioni tra azienda fornitrice dei gas e azienda manuttrice in caso di ricezione dell'allarme da parte di una delle due aziende. Si chiede di specificare tale punto.

**Chiarimento #15**

6.2 Fornitura articoli e accessori ai punti di utilizzo

Viene richiesto:

“Per tali articoli la Ditta Candidata dovra' produrre nella propria offerta tecnica di gara dettagliata documentazione tecnica”

Premesso che non viene data indicazione in merito a quale punto della relazione/busta tecnica sia da inserire la documentazione richiesta, data la quantita' e varieta' degli accessori richiesti, considerato il limite di cartelle per la relazione tecnica e lo spazio di caricamento in MB disponibile in piattaforma, si chiede di confermare che sia possibile fornire la documentazione tecnica in sede di esecuzione dell'Appalto.

**Chiarimento #16**

6.3 Procedura per la sostituzione di bombole da 40 litri di Ossigeno e di Protossido di Azoto in uso alle Rampe dei Presidi Ospedalieri

Tra le attivita' comprese in appalto e' richiesto:

“servizio di controllo e sostituzione delle bombole da 40 litri di Ossigeno e di Protossido di Azoto in uso alle Rampe dei Presidi Ospedalieri.. controllo giornaliero delle pressioni sulle rampe e della quantita' di bombole di scorta in deposito per ciascun Presidio Ospedaliero, compilando il registro appositamente predisposto e rilevando l'esistenza della “quantita' minima”, inoltrera' “report”, al Responsabile della Farmacia di presidio”

Premesso che la responsabilita' della garanzia di continuita' dell'erogazione dei gas e la messa a disposizione di un'adeguata scorta di bombole sia a carico della Farmacia Ospedaliera, si evidenzia che le attivita' sopra riportate non appaiono congrue con l'oggetto dell'appalto e sono prettamente correlate alle forniture dei gas; si rende necessario indicare i perimetri operativi, per delimitare quali attivita' e conseguenti responsabilita' siano a carico

delle Ditte Concorrenti e quali a carico dell'attuale Ditta Fornitrice dei gas. La responsabilita' delle conseguenze della mancanza di gas medicinali, tecnici e puri non puo' ricadere sulla Ditta avente in carico le manutenzioni.

Si chiede pertanto di stralciare la richiesta in quanto attivita' in carico alla Ditta Fornitrice dei gas.

**Chiarimento #17**

7.1 Gestione e manutenzione programmata degli impianti di distribuzione gas medicali e tecnici e delle centrali di distribuzione ossigeno e protossido di azoto e di produzione aria medicale e vuoto

Viene richiesto:

c) Servizio di sostituzione delle bombole esaurite, fornite da ditta terza, sulle rampe di emergenza con relativa movimentazione delle stesse e segnalazione della situazione scorte in tempo reale;

Premesso che la responsabilita' della garanzia di continuita' dell'erogazione dei gas e la messa a disposizione di un'adeguata scorta di bombole sia a carico della Farmacia Ospedaliera, si evidenzia che le attivita' sopra riportate non appaiono non congrue con l'oggetto dell'appalto e sono prettamente correlate alle forniture dei gas; si rende necessario indicare i perimetri operativi, per delimitare quali attivita' e conseguenti responsabilita' siano a carico delle Ditte Concorrenti e quali a carico dell'attuale Ditta Fornitrice dei gas. La responsabilita' delle conseguenze della mancanza di gas medicinali, tecnici e puri non puo' ricadere sulla Ditta avente in carico le manutenzioni.

Si chiede pertanto di stralciare la richiesta in quanto attivita' in carico alla Ditta Fornitrice dei gas.

**Chiarimento #18**

7.2 Manutenzione straordinaria degli impianti di distribuzione gas medicali e delle centrali di distribuzione ossigeno e protossido di azoto e di produzione aria medicale e vuoto

Viene specificato:

“a) Il servizio di manutenzione straordinaria o su chiamata e' sotto la diretta e personale responsabilita' della ditta aggiudicataria, e deve essere garantito attraverso la presenza di almeno n^ 3 tecnici specializzati, ..., per minimo sei ore al giorno per ciascun tecnico dal Lunedi' al Sabato...

? n. 1 unita' presso Presidio Ospedaliero centrale (Taranto Statte Grottaglie);

? n. 1 unita' presso Presidio Ospedaliero occidentale (Mottola, Castellaneta Massafra);

? n. 1 unita' presso Presidio Ospedaliero Orientale (Manduria) e Presidio Valle d'Itria (Martina Franca);”

Mentre al paragrafo “7.7 Risorse umane” vengono richiesti:

“La Ditta Aggiudicataria dovra' assicurare la presenza continuativa dal Lunedi' al Sabato dalle ore 07:00 alle ore 15:00, sul territorio di competenza, dei tecnici previsti e di almeno n^ 2 tecnici in pronta reperibilita' per tutto il restante periodo in grado di assicurare qualsiasi tipo di intervento che si rendesse necessario.”

Si chiede di specificare se i tecnici richiesti per la pronta reperibilita' siano 2 o 3.

Inoltre, nell'art 7.2 sono indicate 6 ore minimo mentre all'art.7.7 sono richieste 8 ore (dalle 7:00 alle 15:00): si chiede di specificare quale indicazione ritenere valida.

**Chiarimento #19**

7.2 Manutenzione straordinaria degli impianti di distribuzione gas medicali e delle centrali di distribuzione ossigeno e protossido di azoto e di produzione aria medicale e vuoto

Viene richiesto:

d) La manutenzione straordinaria deve essere assicurata dalla Ditta per tutti gli impianti di distribuzione gas medicali e tecnici, delle centrali di distribuzione ossigeno e protossido di azoto e di produzione aria medicale e vuoto e degli impianti di aspirazione di gas anestetici dell'Ente, compresa la manutenzione delle travi testaletto, dei pensili servitori e tutte le componenti di essi (elettrici, dati e gas) fino alle prese incluse (inclusa la manutenzione e sostituzione dei ricambi e materiale soggetto ad usura cosi' come previsto nel manuale d'uso), nessuno escluso.

e) Per tecnologie particolari, la Ditta potra' provvedere ad effettuare operazioni di manutenzione straordinaria, in collaborazione con le Case Costruttrici o mandatarie delle stesse;

Si chiede di specificare se per le “travi testaletto, dei pensili servitori e tutte le componenti di essi”, le quali generalmente sono di competenza dell'Ingegneria Clinica, Codesto Spettabile Ente abbia affidato la manutenzione ad altre aziende onde evitare sovrapposizioni.

Nel caso venga confermato quanto previsto al punto d, si chiede di avere gia' in fase di partecipazione l'elenco di tutte le travi e di tutti i pensili, con indicazione di marca e modello, al fine di consentire la valutazione dell'impatto in termini economici e di risorse e di predisporre congrua offerta tecnica ed economica.

**Chiarimento #20**

7.2 Manutenzione straordinaria degli impianti di distribuzione gas medicali e delle centrali di distribuzione ossigeno e protossido di azoto e di produzione aria medicale e vuoto

Viene specificato:

“k) Sono escluse dal canone tutte le riparazioni di impianti e/o apparecchiature danneggiate per uso improprio, per motivi accidentali e straordinari come incendi, terremoti ed alluvioni, o altri eventi catastrofici o comunque eccezionali e quindi fuori dalla norma. Per tali interventi sara' cura dell'Area Gestione Tecnica redigere computo metrico estimativo delle opere necessarie per il ripristino degli impianti, sulla base dell'elenco prezzi di cui al citato allegato 4.”

Si chiede di confermare che restano escluse dal canone anche sostituzione di macchinari per usura, rottura o uso improprio, ad esempio macchinari come pompe del vuoto e compressori per la produzione dell'aria medicinale compressa.

**Chiarimento #21**

7.2 Manutenzione straordinaria degli impianti di distribuzione gas medicali e delle centrali di distribuzione ossigeno e protossido di azoto e di produzione aria medicinale e vuoto

Viene richiesto:

“a) Il servizio di manutenzione straordinaria o su chiamata.. la reperibilita' entro trenta minuti dalla chiamata”

Si segnala che un intervento entro 30 minuti richiede che il personale impiegato sia di istanza nei pressi dei singoli presidi. Data l'estensione della ASL di Taranto, si chiede di poter estendere i tempi di intervento a 2 ore.

**Chiarimento #22**

7.6 Rapporti di intervento tecnico

Tempi di intervento e reperibilita' per gli interventi di manutenzione

Viene richiesto:

“b) manutenzione a guasto o rottura: intervento entro 30 minuti dalla richiesta pervenuta a mezzo fax, sistema telematico, telefono o cellulare o dalla rilevazione diretta da parte del personale della Ditta Aggiudicataria o da essa delegato”

Si segnala che un intervento entro 30 minuti richiede che il personale impiegato sia di istanza nei pressi dei singoli presidi. Data l'estensione della ASL di Taranto, si chiede di poter estendere i tempi di intervento a 2 ore.

**Chiarimento #23**

7.8 Sistema informativo per la gestione dell'appalto

Viene richiesto che il sistema informativo consenta:

“2) Controllo telematico degli impianti”

Si evidenzia che la verifica dello stato di funzionamento degli impianti, compresi i livelli e lo stato di funzionamento dei serbatoi criogenici e le pressioni delle rampe di bombole e pacchi, siano attivita' di competenza della attuale Ditta fornitrice dei gas.

Si chiede quindi di stralciare tale requisito.

**Chiarimento #24**

7.9 Lavori a misura

Viene richiesto:

“a) La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di presentare al Delegato dell'ASL TA, entro tre giorni dalla richiesta di ogni singolo lavoro, non incluso tra quelli compensati con il canone forfetario di manutenzione, il computo metrico estimativo relativo alle lavorazioni ordinate”

Si segnala che, a seconda delle lavorazioni richieste, 3 giorni lavorativi non risultano sufficienti ad elaborare un computo metrico. Si chiede di estendere tale limite a 10 giorni lavorativi.

Inoltre viene indicato che:

“Qualora la ditta aggiudicataria entro i termini previsti non dovesse procedere alle lavorazioni..”

Si chiede di confermare che i termini previsti debbano essere valutati di volta in volta, considerando che per procedere alle lavorazioni e' necessario ottenere l'approvazione da parte di Codesto Spettabile Ente del computo metrico di cui sopra, il successivo approvvigionamento dei materiali e/o pezzi di ricambio necessari ed infine l'esecuzione vera e propria.

**Chiarimento #25**

7.10 Analisi degli impianti di distribuzione gas medicali

Viene richiesto:

“La ditta Aggiudicataria dovra' effettuare l'analisi quantitativa (mediante identificazione) e qualitativa (mediante misurazione del titolo e delle varie impurezze) dei gas medicinali (ossigeno F.U., aria medicinale F.U. e protossido) erogati alle unita' terminali (punto di somministrazione al paziente) dei reparti/ambulatori dei Presidi Ospedalieri della Stazione Appaltante.”

Si chiede di specificare quale criterio motivazionale per l'assegnazione del punteggio qualita' valuti questo aspetto e di conseguenza in quale punto debba essere inserita la documentazione descrittiva delle analisi.

E' inoltre richiesto di allegare la documentazione:

“riguardante l’organizzazione e le relative qualifiche del personale dedicato all’effettuazione del servizio.”

Non essendo previsti allegati, si chiede di stralciare tale indicazione.

**Chiarimento #26**

7.10 Analisi degli impianti di distribuzione gas medicali

Viene richiesto:

“La ditta dovrà offrire in sede di gara un piano semestrale randomizzato di campionatura sia all’origine, sia al letto del paziente (punto di erogazione) pari ad almeno il 2% dei punti di erogazione per ogni presidio ospedaliero per il controllo qualitativo. E’ incluso il controllo dell’aria medica prodotta per compressione e/o per miscelazione.”

Al fine di formulare congrua offerta e proposta, si chiede la pubblicazione, per ciascun presidio, dei dati relativi:

? alle unità terminali; nel dettaglio, si rende necessario conoscere per ogni reparto di ogni presidio il numero di prese suddivise per tipologia di gas e lo standard adottato (UNI, AFNOR, ecc..)

? alle centrali di produzione aria per compressione

? alle centrali di produzione aria per miscelazione

**Chiarimento #27**

8.1 Analisi dei rischi e gestione del piano di sicurezza

Si evidenzia che 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto per la consegna dell’analisi dei rischi e gestione del piano di sicurezza non sono sufficienti essendo tale attività generalmente conseguente al rilievo degli impianti.

La conoscenza approfondita dei presidi è infatti fondamentale e propedeutica per la redazione del documento in oggetto. Nel caso di subentro di un nuovo fornitore quindi appare evidente che 30 giorni siano sottostimati.

Si chiede di estendere il termine ad almeno 6 mesi in considerazione del numero di presidi e della loro consistenza.

**Chiarimento #28**

Planimetrie

Si segnala che nella documentazione di gara non sono state rese disponibili le planimetrie dei vari presidi. Al fine di predisporre i vari progetti ad hoc per singolo presidio, valutando congruamente gli interventi necessari e un’adeguata manutenzione, e per poter quantificare gli investimenti e formulare congrua offerta economica si richiede la pubblicazione, per ciascun presidio, sia delle planimetrie generali che di dettaglio delle singole centrali e dei reparti.

**Chiarimento #29**

Unità terminali

Si segnala che nella documentazione di gara non sono state rese disponibili le informazioni relative alle unità terminali presenti nei vari presidi. Al fine di predisporre i vari progetti ad hoc per singolo presidio, valutando congruamente gli interventi necessari e un’adeguata manutenzione, e per poter quantificare gli investimenti e formulare congrua offerta economica si richiede la pubblicazione, per ciascun presidio, dei dati relativi alle unità terminali; nel dettaglio, si rende necessario conoscere per ogni reparto di ogni presidio il numero di prese suddivise per tipologia di gas e lo standard adottato (UNI, AFNOR, ecc..).

**Chiarimento #30**

Quadri di riduzione di II° stadio

Si segnala che nella documentazione di gara non sono state rese disponibili le informazioni relative ai quadri di riduzione di II° stadio presenti nei vari presidi. Al fine di predisporre i vari progetti ad hoc per singolo presidio, valutando congruamente gli interventi necessari e un’adeguata manutenzione, e per poter quantificare gli investimenti e formulare congrua offerta economica si richiede la pubblicazione, per ciascun presidio, dei dati relativi ai quadri di riduzione di II° stadio; nel dettaglio, si rende necessario conoscere per ogni reparto di ogni presidio il numero, la tipologia di gas e il produttore di tali quadri.

**Chiarimento #31**

Consistenza impianti e centrali

Si segnala che nella documentazione di gara non sono state rese disponibili le informazioni relative alla consistenza degli impianti e delle centrali presenti nei vari presidi. Al fine di predisporre i vari progetti ad hoc per singolo presidio, valutando congruamente gli interventi necessari e un’adeguata manutenzione, e per poter quantificare gli investimenti e formulare congrua offerta economica si richiede la pubblicazione, per ciascun presidio, dei dati relativi alla consistenza degli impianti e delle centrali.

**Chiarimento #32**

Consistenza Locali RMN

All’art. 7.5 del Csa, è previsto il controllo degli impianti di rilevazione sott’ossigenazione per tutti i locali RMN, si richiede, al fine di predisporre adeguata offerta economica, numero e tipologia di tali impianti di rilevazione installati nei locali RMN della ASL Appaltante.

**Chiarimento #33**

	<p>Manutenzione su impianti criogenici Viene richiesta la manutenzione settimanale degli impianti e delle apparecchiature presso il laboratorio di Ematologia dello stabilimento ospedaliero S G Moscati per la conservazione delle cellule staminali. Si chiede conferma che le visite dovranno essere settimanali e che le operazioni previste, tra le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica delle tarature delle valvole di sicurezza sulla linea azoto liquido</li> <li>• Verifica e taratura delle celle elettrochimiche per impianto rilevamento sotto-ossigenazione + Prova di sotto-ossigenazione con verifica azionamento dispositivi luminosi ed acustici. Tali controlli vanno eseguiti anche sui sensori presenti nelle RMN!</li> <li>• Simulazione allarmi di basso livello, mancanza energia elettrica, guasto elettrovalvola principale</li> <li>• Simulazione di un ciclo di congelamento per il congelatore a discesa programmabile</li> </ul> <p>Saranno effettuate con la periodicità prevista dai fabbricanti delle diverse apparecchiature e secondo il piano di manutenzione proposto dal concorrente.</p> <p><b>Chiarimento #34</b> Manutenzione su impianti criogenici All'art 7.5 del CsA viene indicato che tutte le attività di controllo e verifica, effettuate sulle apparecchiature del laboratorio di Ematologia dello stabilimento ospedaliero S. G. Moscati per la conservazione delle cellule staminali, devono essere visualizzate e gestite nel sistema informatico di cui all'art.7.8 CSA, ma in quell'art. non vengono fornite specifiche sul sistema di gestione della biobanca, anzi viene richiesto testualmente "[...] per i servizi di rilievo impianti, telecontrollo e manutenzione un Sistema Informativo pensato per realizzare la completa gestione degli impianti di Distribuzione dei Gas Medicinali all'interno della ASL TA".</p> <p>Si chiede conferma che tale indicazione sia un refuso, anche perché il software di gestione di una biobanca è un sistema specialistico, oneroso e complesso che non può essere compreso nelle attività e nella base d'asta della presente gara di appalto.</p>
--	--

**Chiarimento #1**

Si prega di fare attenzione alla documentazione pubblicata nella sua interezza. L'offerta economica si genera automaticamente in modalità digitale mediante il portale Empulia, come specificato al punto 7. Busta Economica, del disciplinare.

Si prega di fare attenzione alla documentazione pubblicata nella sua interezza. L'allegato 1 al Capitolato Tecnico è infatti presente come allegato al documento denominato CAPITOLATO TECNICO, pag. 50 dello stesso.

**Chiarimento #2**

Non si conferma. Si ribadisce quanto previsto dagli atti di gara, ossia che gli unici importi che verranno contabilizzati a misura e fuori dal canone sono quelli relativi ai lavori a misura previsti al punto 7.9. del capitolato tecnico

**Chiarimento #3**

Dovranno essere possedute le certificazioni indicate dagli atti di gara e ove siano intervenute modificazioni di norma, quelle previste dalle attuali norme di settore

**Chiarimento #4**

Dovranno essere possedute le certificazioni indicate dagli atti di gara e ove siano intervenute modificazioni di norma, quelle previste dalle attuali norme di settore

**Chiarimento #5**

Dovranno essere possedute le certificazioni indicate dagli atti di gara e ove siano intervenute modificazioni di norma, quelle previste dalle attuali norme di settore

**Chiarimento #6**

Si conferma il contenuto degli atti di gara.

**Chiarimento #7**

Si conferma

**Chiarimento #8**

Si conferma

**Chiarimento #9**

Si conferma che il punto 7.5 è relativo alla attività di manutenzione sugli impianti criogenici. Il punto 7.4 fa riferimento alla procedura per l'attivazione di manutenzione su chiamata.



**Chiarimento #10**

Si conferma che quanto previsto nel Capitolato Tecnico, compreso il punto 7.3, è incluso nell'appalto in oggetto.

**Chiarimento #11**

Dovranno essere possedute le certificazioni indicate dagli atti di gara e ove siano intervenute modificazioni di norma, quelle previste dalle attuali norme di settore

**Chiarimento #12**

Dovranno essere possedute le certificazioni indicate dagli atti di gara e ove siano intervenute modificazioni di norma, quelle previste dalle attuali norme di settore

**Chiarimento #13**

Dovranno essere possedute le certificazioni indicate dagli atti di gara e ove siano intervenute modificazioni di norma, quelle previste dalle attuali norme di settore

**Chiarimento #14**

Si conferma quanto previsto nel Capitolato Tecnico. Le modalità di passaggio di informazioni tra azienda fornitrice dei gas e azienda manuttrice, sono oggetto dell'esecuzione del contratto, e pertanto non soggette a chiarimento nella presente procedura.

**Chiarimento #15**

Si conferma

**Chiarimento #16**

Si conferma quanto previsto dagli atti di gara.

**Chiarimento #17**

Si conferma quanto previsto dagli atti di gara.

**Chiarimento #18**

Come riportato al punto 7.2. lettera a) del Capitolato Tecnico *“Il servizio di manutenzione straordinaria o su chiamata è sotto la diretta e personale responsabilità della ditta aggiudicataria, e deve essere garantito attraverso la presenza di **almeno** n° 3 tecnici specializzati, in possesso delle qualifiche previste dalla normativa vigente, per minimo sei ore al giorno per ciascun tecnico dal Lunedì al Sabato e la reperibilità entro trenta minuti dalla chiamata, anche a mezzo telefono, per il restante orario, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, nessuno escluso”*. Pertanto, l'organizzazione del servizio, anche nell'aspetto relativo al numero del personale da impiegare, fatti salvi i requisiti minimi richiesti dagli atti di gara, è oggetto della scelta progettuale dell'operatore partecipante alla procedura.

**Chiarimento #19**

Si conferma quanto previsto dagli atti di gara e si specifica che la documentazione disponibile è quella pubblicata. Le ulteriori informazioni devono essere reperite durante il sopralluogo obbligatorio previsto dagli atti di gara.

**Chiarimento #20**

Si conferma quanto previsto dagli atti di gara.

**Chiarimento #21**

Si conferma quanto previsto dagli atti di gara.

**Chiarimento #22**

Si conferma quanto previsto dagli atti di gara.

**Chiarimento #23**

Si conferma quanto previsto dagli atti di gara.

**Chiarimento #24**

Si conferma quanto previsto dagli atti di gara.

**Chiarimento #25**

Si conferma quanto previsto dagli atti di gara, e in particolare alle modalità di compilazione della busta tecnica come descritte nel disciplinare di gara punto 6. “busta tecnica”.

**Chiarimento #26**

La documentazione disponibile è quella pubblicata. Le ulteriori informazioni devono essere reperite durante il sopralluogo obbligatorio previsto dagli atti di gara.

**Chiarimento #27**

Si conferma quanto previsto dagli atti di gara.

**Chiarimento #28**

La documentazione disponibile è quella pubblicata.

**Chiarimento #29**

La documentazione disponibile è quella pubblicata. Le ulteriori informazioni devono essere reperite durante il sopralluogo obbligatorio previsto dagli atti di gara.

**Chiarimento #30**

La documentazione disponibile è quella pubblicata. Le ulteriori informazioni devono essere reperite durante il sopralluogo obbligatorio previsto dagli atti di gara.

**Chiarimento #31**

La documentazione disponibile è quella pubblicata. Le ulteriori informazioni devono essere reperite durante il sopralluogo obbligatorio previsto dagli atti di gara.

**Chiarimento #32**

La documentazione disponibile è quella pubblicata. Le ulteriori informazioni devono essere reperite durante il sopralluogo obbligatorio previsto dagli atti di gara.

**Chiarimento #33**

Si conferma quanto previsto dagli atti di gara e in particolare si richiama il punto 6 del Disciplinare, busta tecnica, nel quale al punto a) si specifica che l'operatore economico dovrà redigere **“Relazione tecnica/descrittiva relativa al Servizio di Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di distribuzione gas medicali e tecnici e delle centrali di distribuzione ossigeno e protossido di azoto e di produzione aria medicale e vuoto: (max. 30 cartelle). Le Imprese concorrenti dovranno fornire una relazione tecnica/descrittiva del piano dettagliato degli interventi manutentivi previsti per l'espletamento della gestione, conduzione e manutenzione degli impianti, concernente le prestazioni e le modalità di esecuzione del Servizio e le relative scadenze nel rispetto del Capitolato Tecnico compreso le proposte migliorative. Detto piano dovrà comprendere la verifica della funzionalità e dell'efficienza degli impianti con l'indicazione dei termini di cadenza delle verifiche, le attrezzature messe a disposizione. Descrizione delle modalità di espletamento del monitoraggio tramite sistema di telecontrollo. Dovrà essere inoltre, descritto il sistema informativo che il concorrente intende fornire per la corretta gestione dell'appalto. Dovranno essere specificate le caratteristiche del software e le specifiche dell'hardware.”**

**Chiarimento #34**

Si conferma quanto previsto dagli atti di gara e in particolare al punto 7.5 del Capitolato Tecnico. Si invita a leggere con attenzione la documentazione di gara in quanto in nessun punto è riportata la presenza o richiesta la gestione di un software per biobanca.

PI277687-21	<p>Manutenzione su impianti criogenici</p> <p>All'art 7.5 del CsA viene indicato che tutte le attivita' di controllo e verifica, effettuate sulle apparecchiature del laboratorio di Ematologia dello stabilimento ospedaliero S. G. Moscati per la conservazione delle cellule staminali, devono essere visualizzate e gestite nel sistema informatico di cui all'art.7.8 CSA, ma in quell'art. non vengono fornite specifiche sul sistema di gestione della biobanca, anzi viene richiesto testualmente “[...] per i servizi di rilievo impianti, telecontrollo e manutenzione un Sistema Informativo pensato per realizzare la completa gestione degli impianti di Distribuzione dei Gas Medicinali all'interno della ASL TA”.</p> <p>Si chiede conferma che tale indicazione sia un refuso, anche perche' il software di gestione di una biobanca e' un sistema specialistico, oneroso e complesso che non puo' essere compreso nelle attivita' e nella base d'asta della presente gara di appalto.</p>
-------------	---

Si conferma quanto previsto dagli atti di gara e in particolare al punto 7.5 del Capitolato Tecnico. Si invita a leggere con attenzione la documentazione di gara in quanto in nessun punto è riportata la presenza o richiesta la gestione di un software per biobanca.

PI277686-21	<p>Manutenzione su impianti criogenici</p> <p>Viene richiesta la manutenzione settimanale degli impianti e delle apparecchiature presso il laboratorio di Ematologia dello stabilimento ospedaliero S G Moscati per la conservazione delle cellule staminali.</p> <p>Si chiede conferma che le visite dovranno essere settimanali e che le operazioni previste, tra le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica delle tarature delle valvole di sicurezza sulla linea azoto liquido</li> </ul>
-------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica e taratura delle celle elettrochimiche per impianto rilevamento sotto-ossigenazione + Prova di sotto-ossigenazione con verifica azionamento dispositivi luminosi ed acustici. Tali controlli vanno eseguiti anche sui sensori presenti nelle RMN!</li> <li>• Simulazione allarmi di basso livello, mancanza energia elettrica, guasto elettrovalvola principale</li> <li>• Simulazione di un ciclo di congelamento per il congelatore a discesa programmabile</li> </ul> <p>Saranno effettuate con la periodicità prevista dai fabbricanti delle diverse apparecchiature e secondo il piano di manutenzione proposto dal concorrente.</p>
--	---

Si conferma quanto previsto dagli atti di gara e in particolare si richiama il punto 6 del Disciplinare, busta tecnica, nel quale al punto a) si specifica che l'operatore economico dovrà redigere **“Relazione tecnica/descrittiva relativa al Servizio di Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di distribuzione gas medicali e tecnici e delle centrali di distribuzione ossigeno e protossido di azoto e di produzione aria medicale e vuoto: (max. 30 cartelle). Le Imprese concorrenti dovranno fornire una relazione tecnica/descrittiva del piano dettagliato degli interventi manutentivi previsti per l'espletamento della gestione, conduzione e manutenzione degli impianti, concernente le prestazioni e le modalità di esecuzione del Servizio e le relative scadenze nel rispetto del Capitolato Tecnico compreso le proposte migliorative. Detto piano dovrà comprendere la verifica della funzionalità e dell'efficienza degli impianti con l'indicazione dei termini di cadenza delle verifiche, le attrezzature messe a disposizione. Descrizione delle modalità di espletamento del monitoraggio tramite sistema di telecontrollo. Dovrà essere inoltre, descritto il sistema informativo che il concorrente intende fornire per la corretta gestione dell'appalto. Dovranno essere specificate le caratteristiche del software e le specifiche dell'hardware.”**

PI277685-21	<p>Consistenza Locali RMN</p> <p>All'art. 7.5 del Csa, e' previsto il controllo degli impianti di rilevazione sott'ossigenazione per tutti i locali RMN, si richiede, al fine di predisporre adeguata offerta economica, numero e tipologia di tali impianti di rilevazione installati nei locali RMN della ASL Appaltante.</p>
-------------	---

La documentazione disponibile è quella pubblicata. Le ulteriori informazioni devono essere reperite durante il sopralluogo obbligatorio previsto dagli atti di gara.

PI277683-21	<p>Consistenza impianti e centrali</p> <p>Si segnala che nella documentazione di gara non sono state rese disponibili le informazioni relative alla consistenza degli impianti e delle centrali presenti nei vari presidi. Al fine di predisporre i vari progetti ad hoc per singolo presidio, valutando congruamente gli interventi necessari e un'adeguata manutenzione, e per poter quantificare gli investimenti e formulare congrua offerta economica si richiede la pubblicazione, per ciascun presidio, dei dati relativi alla consistenza degli impianti e delle centrali.</p>
-------------	--

La documentazione disponibile è quella pubblicata. Le ulteriori informazioni devono essere reperite durante il sopralluogo obbligatorio previsto dagli atti di gara.

PI277681-21	<p>Quadri di riduzione di II^ stadio</p> <p>Si segnala che nella documentazione di gara non sono state rese disponibili le informazioni relative ai quadri di riduzione di II^ stadio presenti nei vari presidi. Al fine di predisporre i vari progetti ad hoc per singolo presidio, valutando congruamente gli interventi necessari e un'adeguata manutenzione, e per poter quantificare gli investimenti e formulare congrua offerta economica si richiede la pubblicazione, per ciascun presidio, dei dati relativi ai quadri di riduzione di II^ stadio; nel dettaglio, si rende necessario conoscere per ogni reparto di ogni presidio il numero, la tipologia di gas e il produttore di tali quadri.</p>
-------------	--

La documentazione disponibile è quella pubblicata. Le ulteriori informazioni devono essere reperite durante il sopralluogo obbligatorio previsto dagli atti di gara.

PI277679-21	<p>Unita' terminali</p> <p>Si segnala che nella documentazione di gara non sono state rese disponibili le informazioni relative alle unita' terminali presenti nei vari presidi. Al fine di predisporre i vari progetti ad hoc per singolo presidio, valutando congruamente gli interventi necessari e un'adeguata manutenzione, e per poter quantificare gli investimenti e formulare congrua offerta economica</p>
-------------	--

	si richiede la pubblicazione, per ciascun presidio, dei dati relativi alle unita' terminali; nel dettaglio, si rende necessario conoscere per ogni reparto di ogni presidio il numero di prese suddivise per tipologia di gas e lo standard adottato (UNI, AFNOR, ecc..).
--	---

La documentazione disponibile è quella pubblicata. Le ulteriori informazioni devono essere reperite durante il sopralluogo obbligatorio previsto dagli atti di gara.

PI277678-21	<p>Planimetrie</p> <p>Si segnala che nella documentazione di gara non sono state rese disponibili le planimetrie dei vari presidi. Al fine di predisporre i vari progetti ad hoc per singolo presidio, valutando congruamente gli interventi necessari e un'adeguata manutenzione, e per poter quantificare gli investimenti e formulare congrua offerta economica si richiede la pubblicazione, per ciascun presidio, sia delle planimetrie generali che di dettaglio delle singole centrali e dei reparti.</p>
-------------	--

La documentazione disponibile è quella pubblicata. Le ulteriori informazioni devono essere reperite durante il sopralluogo obbligatorio previsto dagli atti di gara.

PI277676-21	<p>8.1 Analisi dei rischi e gestione del piano di sicurezza</p> <p>Si evidenzia che 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto per la consegna dell'analisi dei rischi e gestione del piano di sicurezza non sono sufficienti essendo tale attivita' generalmente conseguente al rilievo degli impianti.</p> <p>La conoscenza approfondita dei presidi e' infatti fondamentale e propedeutica per la redazione del documento in oggetto. Nel caso di subentro di un nuovo fornitore quindi appare evidente che 30 giorni siano sottostimati.</p> <p>Si chiede di estendere il termine ad almeno 6 mesi in considerazione del numero di presidi e della loro consistenza.</p>
-------------	--

Si conferma quanto previsto dagli atti di gara.

PI277675-21	<p>7.10 Analisi degli impianti di distribuzione gas medicali</p> <p>Viene richiesto:</p> <p>“La ditta dovra' offrire in sede di gara un piano semestrale randomizzato di campionatura sia all'origine, sia al letto del paziente (punto di erogazione) pari ad almeno il 2% dei punti di erogazione per ogni presidio ospedaliero per il controllo qualitativo. E' incluso il controllo dell'aria medica prodotta per compressione e/o per miscelazione.”</p> <p>Al fine di formulare congrua offerta e proposta, si chiede la pubblicazione, per ciascun presidio, dei dati relativi:</p> <p>? alle unita' terminali; nel dettaglio, si rende necessario conoscere per ogni reparto di ogni presidio il numero di prese suddivise per tipologia di gas e lo standard adottato (UNI, AFNOR, ecc..)</p> <p>? alle centrali di produzione aria per compressione</p> <p>? alle centrali di produzione aria per miscelazione</p>
-------------	--

La documentazione disponibile è quella pubblicata. Le ulteriori informazioni devono essere reperite durante il sopralluogo obbligatorio previsto dagli atti di gara.

PI277674-21	<p>7.10 Analisi degli impianti di distribuzione gas medicali</p> <p>Viene richiesto:</p> <p>“La ditta Aggiudicataria dovra' effettuare l'analisi quantitativa (mediante identificazione) e qualitativa (mediante misurazione del titolo e delle varie impurezze) dei gas medicinali (ossigeno F.U., aria medicinale F.U. e protossido) erogati alle unita' terminali (punto di somministrazione al paziente) dei reparti/ambulatori dei Presidi Ospedalieri della Stazione Appaltante.”</p> <p>Si chiede di specificare quale criterio motivazionale per l'assegnazione del punteggio qualita' valuti questo aspetto e di conseguenza in quale punto debba essere inserita la documentazione descrittiva delle analisi.</p> <p>E' inoltre richiesto di allegare la documentazione:</p> <p>“riguardante l'organizzazione e le relative qualifiche del personale dedicato all'effettuazione del servizio.”</p> <p>Non essendo previsti allegati, si chiede di stralciare tale indicazione.</p>
-------------	--

Si conferma quanto previsto dagli atti di gara, e in particolare alle modalità di compilazione della busta tecnica come descritte nel disciplinare di gara punto 6. “busta tecnica”.

PI277673-21	<p>7.9 Lavori a misura Viene richiesto: “a) La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di presentare al Delegato dell’ASL TA, entro tre giorni dalla richiesta di ogni singolo lavoro, non incluso tra quelli compensati con il canone forfetario di manutenzione, il computo metrico estimativo relativo alle lavorazioni ordinate” Si segnala che, a seconda delle lavorazioni richieste, 3 giorni lavorativi non risultano sufficienti ad elaborare un computo metrico. Si chiede di estendere tale limite a 10 giorni lavorativi. Inoltre viene indicato che: “Qualora la ditta aggiudicataria entro i termini previsti non dovesse procedere alle lavorazioni..” Si chiede di confermare che i termini previsti debbano essere valutati di volta in volta, considerando che per procedere alle lavorazioni e’ necessario ottenere l’approvazione da parte di Codesto Spettabile Ente del computo metrico di cui sopra, il successivo approvvigionamento dei materiali e/o pezzi di ricambio necessari ed infine l’esecuzione vera e propria.</p>
-------------	---

Si conferma quanto previsto dagli atti di gara.

PI277672-21	<p>7.8 Sistema informativo per la gestione dell’appalto Viene richiesto che il sistema informativo consenta: “2) Controllo telematico degli impianti” Si evidenzia che la verifica dello stato di funzionamento degli impianti, compresi i livelli e lo stato di funzionamento dei serbatoi criogenici e le pressioni delle rampe di bombole e pacchi, siano attività di competenza della attuale Ditta fornitrice dei gas. Si chiede quindi di stralciare tale requisito.</p>
-------------	--

Si conferma quanto previsto dagli atti di gara.

PI277671-21	<p>7.6 Rapporti di intervento tecnico Tempi di intervento e reperibilità per gli interventi di manutenzione Viene richiesto: “b) manutenzione a guasto o rottura: intervento entro 30 minuti dalla richiesta pervenuta a mezzo fax, sistema telematico, telefono o cellulare o dalla rilevazione diretta da parte del personale della Ditta Aggiudicataria o da essa delegato” Si segnala che un intervento entro 30 minuti richiede che il personale impiegato sia di istanza nei pressi dei singoli presidi. Data l’estensione della ASL di Taranto, si chiede di poter estendere i tempi di intervento a 2 ore.</p>
-------------	--

Si conferma quanto previsto dagli atti di gara.

PI277670-21	<p>7.2 Manutenzione straordinaria degli impianti di distribuzione gas medicali e delle centrali di distribuzione ossigeno e protossido di azoto e di produzione aria medicale e vuoto Viene richiesto: “a) Il servizio di manutenzione straordinaria o su chiamata.. la reperibilità entro trenta minuti dalla chiamata”  Si segnala che un intervento entro 30 minuti richiede che il personale impiegato sia di istanza nei pressi dei singoli presidi. Data l’estensione della ASL di Taranto, si chiede di poter estendere i tempi di intervento a 2 ore.</p>
-------------	---

Si conferma quanto previsto dagli atti di gara.

PI277669-21	<p>7.2 Manutenzione straordinaria degli impianti di distribuzione gas medicali e delle centrali di distribuzione ossigeno e protossido di azoto e di produzione aria medicale e vuoto</p> <p>Viene specificato:</p> <p>“k) Sono escluse dal canone tutte le riparazioni di impianti e/o apparecchiature danneggiate per uso improprio, per motivi accidentali e straordinari come incendi, terremoti ed alluvioni, o altri eventi catastrofici o comunque eccezionali e quindi fuori dalla norma. Per tali interventi sarà cura dell'Area Gestione Tecnica redigere computo metrico estimativo delle opere necessarie per il ripristino degli impianti, sulla base dell'elenco prezzi di cui al citato allegato 4.”</p> <p>Si chiede di confermare che restano escluse dal canone anche sostituzione di macchinari per usura, rottura o uso improprio, ad esempio macchinari come pompe del vuoto e compressori per la produzione dell'aria medicinale compressa.</p>
-------------	---

Si conferma quanto previsto dagli atti di gara.

PI277668-21	<p>7.2 Manutenzione straordinaria degli impianti di distribuzione gas medicali e delle centrali di distribuzione ossigeno e protossido di azoto e di produzione aria medicale e vuoto</p> <p>Viene richiesto:</p> <p>d) La manutenzione straordinaria deve essere assicurata dalla Ditta per tutti gli impianti di distribuzione gas medicali e tecnici, delle centrali di distribuzione ossigeno e protossido di azoto e di produzione aria medicale e vuoto e degli impianti di aspirazione di gas anestetici dell'Ente, compresa la manutenzione delle travi testaletto, dei pensili servitori e tutte le componenti di essi (elettrici, dati e gas) fino alle prese incluse (inclusa la manutenzione e sostituzione dei ricambi e materiale soggetto ad usura così come previsto nel manuale d'uso), nessuno escluso.</p> <p>e) Per tecnologie particolari, la Ditta potrà provvedere ad effettuare operazioni di manutenzione straordinaria, in collaborazione con le Case Costruttrici o mandatarie delle stesse;</p> <p>Si chiede di specificare se per le “travi testaletto, dei pensili servitori e tutte le componenti di essi”, le quali generalmente sono di competenza dell'Ingegneria Clinica, Codesto Spettabile Ente abbia affidato la manutenzione ad altre aziende onde evitare sovrapposizioni.</p> <p>Nel caso venga confermato quanto previsto al punto d, si chiede di avere già in fase di partecipazione l'elenco di tutte le travi e di tutti i pensili, con indicazione di marca e modello, al fine di consentire la valutazione dell'impatto in termini economici e di risorse e di predisporre congrua offerta tecnica ed economica.</p>
-------------	--

Si conferma quanto previsto dagli atti di gara e si specifica che la documentazione disponibile è quella pubblicata. Le ulteriori informazioni devono essere reperite durante il sopralluogo obbligatorio previsto dagli atti di gara.

PI277667-21	<p>7.2 Manutenzione straordinaria degli impianti di distribuzione gas medicali e delle centrali di distribuzione ossigeno e protossido di azoto e di produzione aria medicale e vuoto</p> <p>Viene specificato:</p> <p>“a) Il servizio di manutenzione straordinaria o su chiamata e' sotto la diretta e personale responsabilità della ditta aggiudicataria, e deve essere garantito attraverso la presenza di almeno n^ 3 tecnici specializzati, ..., per minimo sei ore al giorno per ciascun tecnico dal Lunedì al Sabato...</p> <p>? n. 1 unita' presso Presidio Ospedaliero centrale (Taranto Statte Grottaglie);</p> <p>? n. 1 unita' presso Presidio Ospedaliero occidentale (Mottola, Castellaneta Massafra);</p> <p>? n. 1 unita' presso Presidio Ospedaliero Orientale (Manduria) e Presidio Valle d'Itria (Martina Franca);”</p> <p>Mentre al paragrafo “7.7 Risorse umane” vengono richiesti:</p> <p>“La Ditta Aggiudicataria dovrà assicurare la presenza continuativa dal Lunedì al Sabato dalle ore 07:00 alle ore 15:00, sul territorio di competenza, dei tecnici previsti e di almeno n^ 2 tecnici in pronta reperibilità per tutto il restante periodo in grado di assicurare qualsiasi tipo di intervento che si rendesse necessario.”</p> <p>Si chiede di specificare se i tecnici richiesti per la pronta reperibilità siano 2 o 3.</p> <p>Inoltre, nell'art 7.2 sono indicate 6 ore minimo mentre all'art.7.7 sono richieste 8 ore (dalle 7:00 alle 15:00): si chiede di specificare quale indicazione ritenere valida.</p>
-------------	---

Come riportato al punto 7.2. lettera a) del Capitolato Tecnico *“Il servizio di manutenzione straordinaria o su chiamata è sotto la diretta e personale responsabilità della ditta aggiudicataria, e deve essere garantito*

attraverso la presenza di **almeno** n° 3 tecnici specializzati, in possesso delle qualifiche previste dalla normativa vigente, per minimo sei ore al giorno per ciascun tecnico dal Lunedì al Sabato e la reperibilità entro trenta minuti dalla chiamata, anche a mezzo telefono, per il restante orario, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, nessuno escluso". Pertanto, l'organizzazione del servizio, anche nell'aspetto relativo al numero del personale da impiegare, fatti salvi i requisiti minimi richiesti dagli atti di gara, è oggetto della scelta progettuale dell'operatore partecipante alla procedura.

PI277666-21	<p>7.1 Gestione e manutenzione programmata degli impianti di distribuzione gas medicali e tecnici e delle centrali di distribuzione ossigeno e protossido di azoto e di produzione aria medicale e vuoto Viene richiesto: c) Servizio di sostituzione delle bombole esaurite, fornite da ditta terza, sulle rampe di emergenza con relativa movimentazione delle stesse e segnalazione della situazione scorte in tempo reale; Premesso che la responsabilita' della garanzia di continuita' dell'erogazione dei gas e la messa a disposizione di un'adeguata scorta di bombole sia a carico della Farmacia Ospedaliera, si evidenzia che le attivita' sopra riportate non appaiono non congrue con l'oggetto dell'appalto e sono prettamente correlate alle forniture dei gas; si rende necessario indicare i perimetri operativi, per delimitare quali attivita' e conseguenti responsabilita' siano a carico delle Ditte Concorrenti e quali a carico dell'attuale Ditta Fornitrice dei gas. La responsabilita' delle conseguenze della mancanza di gas medicinali, tecnici e puri non puo' ricadere sulla Ditta avente in carico le manutenzioni. Si chiede pertanto di stralciare la richiesta in quanto attivita' in carico alla Ditta Fornitrice dei gas.</p>
-------------	--

Si conferma quanto previsto dagli atti di gara.

PI277665-21	<p>6.3 Procedura per la sostituzione di bombole da 40 litri di Ossigeno e di Protossido di Azoto in uso alle Rampe dei Presidi Ospedalieri Tra le attivita' comprese in appalto e' richiesto: "servizio di controllo e sostituzione delle bombole da 40 litri di Ossigeno e di Protossido di Azoto in uso alle Rampe dei Presidi Ospedalieri.. controllo giornaliero delle pressioni sulle rampe e della quantita' di bombole di scorta in deposito per ciascun Presidio Ospedaliero, compilando il registro appositamente predisposto e rilevando l'esistenza della "quantita' minima", inoltrera' "report", al Responsabile della Farmacia di presidio" Premesso che la responsabilita' della garanzia di continuita' dell'erogazione dei gas e la messa a disposizione di un'adeguata scorta di bombole sia a carico della Farmacia Ospedaliera, si evidenzia che le attivita' sopra riportate non appaiono congrue con l'oggetto dell'appalto e sono prettamente correlate alle forniture dei gas; si rende necessario indicare i perimetri operativi, per delimitare quali attivita' e conseguenti responsabilita' siano a carico delle Ditte Concorrenti e quali a carico dell'attuale Ditta Fornitrice dei gas. La responsabilita' delle conseguenze della mancanza di gas medicinali, tecnici e puri non puo' ricadere sulla Ditta avente in carico le manutenzioni. Si chiede pertanto di stralciare la richiesta in quanto attivita' in carico alla Ditta Fornitrice dei gas.</p>
-------------	---

Si conferma quanto previsto dagli atti di gara.

PI277664-21	<p>6.2 Fornitura articoli e accessori ai punti di utilizzo Viene richiesto: "Per tali articoli la Ditta Candidata dovra' produrre nella propria offerta tecnica di gara dettagliata documentazione tecnica" Premesso che non viene data indicazione in merito a quale punto della relazione/busta tecnica sia da inserire la documentazione richiesta, data la quantita' e varieta' degli accessori richiesti, considerato il limite di cartelle per la relazione tecnica e lo spazio di caricamento in MB disponibile in piattaforma, si chiede di confermare che sia possibile fornire la documentazione tecnica in sede di esecuzione dell'Appalto.</p>
-------------	--

Si conferma

PI277663-21	<p>6.1 Gestione delle segnalazioni ed allarmi Viene richiesto: "La Ditta Candidata dovrà prevedere c/o la ASL TA un sistema per monitorare in tempo reale gli stati di funzionamento ed allarme per tutte le apparecchiature coinvolte nella produzione ed erogazione dei gas medicinali." Si evidenzia che la verifica dello stato di funzionamento degli impianti, compresi i livelli e lo stato di funzionamento dei serbatoi criogenici e le pressioni delle rampe di bombole e pacchi, siano attività di competenza della attuale Ditta fornitrice dei gas. Inserire tale attività tra quelle previste in caso di aggiudicazione potrebbe determinare una sovrapposizione di competenze e responsabilità. In considerazione di ciò Si chiede quindi di stralciare tale requisito. Si evidenzia altresì che nella documentazione di gara non è indicato come dovrà essere effettuato il passaggio di informazioni tra azienda fornitrice dei gas e azienda manuttrice in caso di ricezione dell'allarme da parte di una delle due aziende. Si chiede di specificare tale punto.</p>
-------------	---

Si conferma quanto previsto nel Capitolato Tecnico. Le modalità di passaggio di informazioni tra azienda fornitrice dei gas e azienda manuttrice, sono oggetto dell'esecuzione del contratto, e pertanto non soggette a chiarimento nella presente procedura.

PI277662-21	<p>5.2 Requisiti minimi dell'Operatore Economico Viene richiesto: "c) Possesso della certificazione UNI EN 13133 circa l'obbligatorietà del patentino per il personale che opera su "Giunzioni permanenti"." Si segnala che la normativa UNI EN 13133:2002 non è più valida ed è stata sostituita dalla UNI ISO 13585:2012; si chiede di confermare che non sia richiesto il possesso delle certificazioni indicate, in quanto non esiste una certificazione aziendale secondo tali norme, ma che sia richiesto il possesso, da parte del personale che opera su "Giunzioni permanenti" impiegato dall'impresa o dal raggruppamento di imprese, del patentino rilasciato secondo la normativa di riferimento (UNI ISO 13585:2012).</p>
-------------	--

Dovranno essere possedute le certificazioni indicate dagli atti di gara e ove siano intervenute modificazioni di norma, quelle previste dalle attuali norme di settore

PI277659-21	<p>5.2 Requisiti minimi dell'Operatore Economico Viene richiesto: "b) Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità alla data di scadenza della presentazione delle offerte, per la produzione e distribuzione di gas medicinali; commercializzazione di gas miscele tecnici, medicinali, liquidi e gassosi; per la progettazione, fabbricazione e manutenzione degli impianti di distribuzione dei gas medicinali e altri gas, impianti per il vuoto e per l'evacuazione dei gas; commercializzazione dispositivi medici; trasporto gas medicinali, puri e miscele." Si chiede di confermare che la versione di riferimento della norma sia la UNI EN ISO 9001:2015, attualmente in vigore. Si chiede inoltre di confermare che siano considerate valide diciture e descrizioni equivalenti.</p>
-------------	--

Dovranno essere possedute le certificazioni indicate dagli atti di gara e ove siano intervenute modificazioni di norma, quelle previste dalle attuali norme di settore

PI277658-21	<p>5.2 Requisiti minimi dell'Operatore Economico Viene richiesto: "a) Possesso della certificazione UNI EN ISO 13485:2012 in corso di validità alla data di scadenza della presentazione delle offerte per la "progettazione, fabbricazione, installazione, assistenza e manutenzione di impianti e centrali di distribuzione dei gas medicinali." Si chiede di confermare che la versione di riferimento della norma sia la UNI EN ISO 13485:2016, attualmente in vigore. Si chiede inoltre di confermare che siano considerate valide diciture e descrizioni equivalenti.</p>
-------------	---



Dovranno essere possedute le certificazioni indicate dagli atti di gara e ove siano intervenute modificazioni di norma, quelle previste dalle attuali norme di settore

PI277656-21	<p>1. OGGETTO DELL' APPALTO</p> <p>Si chiede di confermare che quanto riportato al paragrafo "7.3 Servizio di manutenzione dell'impianto di Ossigeno delle Ambulanze ASL Taranto" ricada nell'oggetto di gara, in quanto non riportato nell'elenco.</p>
-------------	---

Si conferma che quanto previsto nel Capitolato Tecnico, compreso il punto 7.3, è incluso nell'appalto in oggetto.

PI277653-21	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</p> <p>1. OGGETTO DELL' APPALTO</p> <p>Si chiede di confermare che il paragrafo di riferimento per: "Gestione e manutenzione programmata della sala criobiologica del P.O. S G Moscati come descritto nell'art. 7.4;" Sia il 7.5 e non il 7.4</p>
-------------	--

Si conferma che il punto 7.5 è relativo alla attività di manutenzione sugli impianti criogenici. Il punto 7.4 fa riferimento alla procedura per l'attivazione di manutenzione su chiamata.

PI277651-21	<p>8. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE</p> <p>Si chiede di confermare che la formula corretta sia: PUNTEGGIO QUALITA' DITTA CONSIDERATA = <math>70 \times (\text{PUNTEGGIO ASSEGNATO ALLA DITTA}) / (\text{MIGLIOR PUNTEGGIO ASSEGNATO})</math> Manca infatti il segno "diviso" nella formula pubblicata sul Disciplinare di Gara.</p>
-------------	--

Si conferma

PI277650-21	<p>6. BUSTA TECNICA</p> <p>Vengono indicati limiti in termini di numero massimo di cartelle e definito cosa si intenda per cartella, ovvero un foglio formato A4 compilato su entrambi i fronti. Si chiede di confermare che, in caso di documentazione digitale (ad es. documento di Microsoft Word) il limite di 30 cartelle sia da intendere pari ad un limite di 60 pagine (e analogamente per i limiti di 15 e 20 cartelle, che diventano 30 e 40 pagine).</p>
-------------	---

Si conferma

PI277649-21	<p>6. BUSTA TECNICA</p> <p>Criteri motivazionali</p> <p>Vengono indicati i punteggi massimi attribuibili ai 3 criteri motivazionali indicati:</p> <p>a) 35 PUNTI: Relazione tecnica/descrittiva relativa al Servizio di Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di distribuzione gas medicali e tecnici e delle centrali di distribuzione ossigeno e protossido di azoto e di produzione aria medicale e vuoto</p> <p>b) 20 PUNTI: Relazione descrittiva sui requisiti tecnici e organizzativi</p> <p>c) 15 PUNTI: Relazione descrittiva per i lavori a misura</p> <p>Le descrizioni delle modalita' e dei criteri per le attribuzioni dei punteggi risultano generiche e prive di parametri e sotto-parametri oggettivi per l'assegnazione del punteggio all'offerta tecnica.</p> <p>A garanzia della maggior trasparenza nell'attribuzione dei punteggi tecnici e a tutela delle Ditte Candidate, si chiede di pubblicare una tabella punteggi in cui siano riportati, per ogni criterio motivazionali, un elenco di sotto-criteri e i relativi sotto-punteggi.</p>
-------------	--

Si conferma il contenuto degli atti di gara.

PI277648-21	<p>4.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICIPROFESSIONALI</p> <p>Viene richiesto il:  “Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validita' alla data di scadenza della presentazione delle offerte, per “la progettazione, fabbricazione e manutenzione degli impianti di distribuzione dei gas medicinali”.”  Si chiede di confermare che la versione di riferimento della norma sia la UNI EN ISO 9001:2015, attualmente in vigore. Si chiede inoltre di confermare che siano considerate valide diciture e descrizioni equivalenti.</p>
-------------	--

Dovranno essere possedute le certificazioni indicate dagli atti di gara e ove siano intervenute modificazioni di norma, quelle previste dalle attuali norme di settore

PI277647-21	<p>4.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICIPROFESSIONALI</p> <p>Viene richiesto il:  “Possesso della certificazione UNI EN ISO 13485:2012 in corso di validita' alla data di scadenza della presentazione delle offerte per la "progettazione, fabbricazione, installazione, assistenza e manutenzione di impianti e centrali di distribuzione dei gas medicinali”.”  Si chiede di confermare che la versione di riferimento della norma sia la UNI EN ISO 13485:2016, attualmente in vigore. Si chiede inoltre di confermare che siano considerate valide diciture e descrizioni equivalenti.</p>
-------------	---

Dovranno essere possedute le certificazioni indicate dagli atti di gara e ove siano intervenute modificazioni di norma, quelle previste dalle attuali norme di settore

PI277644-21	<p>4.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICIPROFESSIONALI</p> <p>Viene richiesto il:  “Possesso della certificazione UNI EN 13133 in corso di validita' alla data di scadenza della presentazione delle offerte, circa l'obbligatorietà del patentino per il personale che opera su “Giunzioni permanenti”.”  Si segnala che la normativa UNI EN 13133:2002 non e' piu' valida ed e' stata sostituita dalla UNI ISO 13585:2012; si chiede di confermare che non sia richiesto il possesso delle certificazioni indicate, in quanto non esiste una certificazione aziendale secondo tali norme, ma che sia richiesto il possesso, da parte del personale che opera su “Giunzioni permanenti” impiegato dall'impresa o dal raggruppamento di imprese, del patentino rilasciato secondo la normativa di riferimento (UNI ISO 13585:2012).</p>
-------------	--

Dovranno essere possedute le certificazioni indicate dagli atti di gara e ove siano intervenute modificazioni di norma, quelle previste dalle attuali norme di settore

PI277643-21	<p>DISCIPLINARE DI GARA</p> <p>1.1 OGGETTO DELL'APPALTO</p> <p>A pag.2 viene indicato:  “Di seguito si indica la tabella contenente il valore stimato del canone per ciascuna voce di costo compresa nel presente appalto. Si rappresenta che la percentuale unica di ribasso offerta in gara sara' applicata a ciascuna voce presente in tabella.”  Voce di costo Valore stimato canone manutenzione  Grottaglie 34.000,00 €  SG Moscati 51.600,00 €  SS Annunziata 143.200,00 €  San Pio Castellaneta 40.800,00 €  Manduria 36.000,00 €  Martina Franca 45.200,00 €  Altro (impianti speciali e ambulatori non ospedalieri, ecc) 49.200,00 €  TOTALE 400.000,00 €  Si chiede di confermare che gli importi riportati in tabella rappresentino una stima degli importi per singolo presidio ma che non includano gli eventuali lavori di “Manutenzione</p>
-------------	---

	<p>straordinaria degli impianti di distribuzione gas medicali e delle centrali di distribuzione ossigeno e protossido di azoto e di produzione aria medica e vuoto" così come descritti al paragrafo 7.2 del Capitolato Speciale.</p> <p>Si chiede altresì di confermare che i lavori descritti al paragrafo 7.2 del Capitolato Speciale verranno riconosciuti all'interno dell' "Importo dei lavori e delle prestazioni da contabilizzare a misura" così come indicato al paragrafo "1.1 - Oggetto dell'appalto" del Disciplinare di Gara.</p>
--	---

Non si conferma. Si ribadisce quanto previsto dagli atti di gara, ossia che gli unici importi che verranno contabilizzati a misura e fuori dal canone sono quelli relativi ai lavori a misura previsti al punto 7.9. del capitolato tecnico

PI277642-21	<p>MODELLO OFFERTA ECONOMICA E ALLEGATI MANCANTI</p> <p>Si chiede di pubblicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il modello di offerta economica</li> <li>• Allegato 1 - Elenco dei Beni oggetto del servizio di manutenzione in quanto non presenti all'interno della documentazione resa disponibile.</li> </ul>
-------------	---

Si prega di fare attenzione alla documentazione pubblicata nella sua interezza. L'offerta economica si genera automaticamente in modalità digitale mediante il portale Empulia, come specificato al punto 7. Busta Economica, del disciplinare.

Si prega di fare attenzione alla documentazione pubblicata nella sua interezza. L'allegato 1 al Capitolato Tecnico è infatti presente come allegato al documento denominato CAPITOLATO TECNICO, pag. 50 dello stesso.

PI277045-21	<p>Spett.le Ente,</p> <p>vi comunico che provando a creare il PassoE sul sito ANAC, inserendo il CIG risulta che " Il CIG indicato non è gestito dal sistema AVCpass", mi sono messa in contatto con il sito per maggiori chiarimenti e mi ha comunicato che la stazione appaltante ha sbagliato la compilazione dei documenti indicando l'esclusione dell'acquisizione obbligatoria dell'AVC Pass, occorre quindi avvisare chi di competenza per far correggere l'errore.</p>
-------------	--

Non è prevista la generazione del PASSOE in quanto la procedura è interamente gestita con sistemi telematici.

PI276685-21	<p>Buongiorno,</p> <p>si chiedono precisazioni circa l'obbligatorietà del Passoe relativo alla procedura, poiché non risulta richiesto nella documentazione di gara e non è possibile crearlo sul portale Anac.</p> <p>Cordiali saluti</p>
-------------	--

Non è prevista la generazione del PASSOE in quanto la procedura è interamente gestita con sistemi telematici.

PI269202-21	<p>Buongiorno,</p> <p>In riferimento all' ART. 7.10 DEL CSA Analisi degli impianti di distribuzione gas medicali, che recita:</p> <p>"La ditta Aggiudicataria dovrà effettuare l'analisi quantitativa (mediante identificazione) e qualitativa (mediante misurazione del titolo e delle varie impurezze) dei gas medicinali (ossigeno F.U., aria medicinale F.U. e protossido) erogati alle unità terminali (punto di somministrazione al paziente) dei reparti/ambulatori dei Presidi Ospedalieri della Stazione Appaltante.</p> <p>L'analisi di qualità deve essere effettuata direttamente in loco con strumentazione analitica portatile secondo le metodologie raccomandate in Farmacopea Ufficiale Italiana e Farmacopea Europea.</p> <p>La metodologia e le strumentazioni utilizzate devono essere Certificate ACCREDIA per le prove specifiche sui gas medicinali, in Categoria III al fine di consentire un riscontro vivo in tempo reale sui valori analitici riscontrati per ogni singolo parametro (Titolo ed Impurezza) e consentire all'Amministrazione contraente (Servizio Farmacia Ospedaliera) un'immediata valutazione delle eventuali azioni correttive da attuare in caso di riscontro di parametri</p>
-------------	---

<p>fuori dalle specifiche di Farmacopea. La taratura della strumentazione utilizzata deve essere eseguita periodicamente secondo programmi prestabiliti in accordo con le norme internazionali e nazionali di riferimento per ciascuno strumento e deve essere messa a disposizione su richiesta dell'Amministrazione contraente....."</p> <p>CHIARIMENTO: Volendo la S.A. un'analisi direttamente in loco al fine di consentire un riscontro visivo in tempo reale sui valori analitici riscontrati per ogni singolo parametro (Titolo ed Impurita'), si chiede di confermare la possibilita' di utilizzare strumento atto a tale rilievo in loco ed in tempo reale ovvero apparecchiatura AEROTEST MULTITEST MED per gas medicali secondo standard FARMACOPEA per bassa pressione, che utilizza fiale specifiche (a seconda del tipo di gas da analizzare) con cui si possono misurare le impurita' nell'aria compressa, nel protossido di azoto, nell'anidride carbonica e nell'ossigeno secondo F.U. e di cui si possono fornire i lotti.</p>
---

Si conferma quanto previsto dall'art. 7.10 dell'elaborato "CAPITOLATO TECNICO E D'ONERI D'APPALTO"

Il RUP  
Ing. Armida Traversa